

政府采购项目

货物类公开招标文件

项目名称：华南理工大学时空多组学系统采购项目
项目编号：SCUT-HW-ZB20250091 号

华南理工大学
广东志正招标有限公司
发布日期：2025 年 11 月 25 日

温馨提示

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

- 一、如无另行说明，投标文件递交时间为投标文件递交截止时间之前 30 分钟内。
- 二、对可接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）复印件、总公司（总所）的营业执照副本复印件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，**授权书须加盖总公司（总所）公章**。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。
- 三、投标人请注意区分投标保证金及采购代理服务收费收款帐号的区别。如项目（采购包）要求缴纳投标保证金的，供应商在按照招标公告及招标文件规定获取招标文件后，请投标人务必按要求将保证金存入所投项目（采购包）指定的保证金专用账户；投标保证金的转账当天不一定能够达账，为避免因投标保证金未达账而导致投标被拒绝，建议在递交投标保证金充分考虑以上因素。采购代理服务费存入指定的采购代理服务费缴费账户。
- 四、为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，获取了招标文件而决定不参加本次投标的供应商，在投标文件递交截止时间的 3 日前，按招标公告中的联系方式，**告知采购代理机构**。对您的支持与配合，谨此致谢。

目 录

招标公告	2
第一部分 投标人须知	6
第二部分 采购需求	23
第三部分 评标方法	32
第四部分 拟签订的合同文本	67
第五部分 投标文件内容及格式	80

招标公告

项目概况

华南理工大学时空多组学系统采购项目的潜在投标人应在广东志正招标有限公司快速采购平台 <http://www.zztender.com/> 获取招标文件, 并于 2025 年 12 月 16 日 09 点 30 分(北京时间) 前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号: SCUT-HW-ZB20250091 号

项目名称: 华南理工大学时空多组学系统采购项目

预算金额: 3207.40 万元

采购需求:

序号	标的名称	数量 (单位)	简要技术需求或服务要求 (具体详见采购需求)	包组最高限价 (万元/人民币)
包组 1	微观多组学自动化样本制备筛选检测及转运存储系统	1 套	本包组采购-80℃自动化存储系统、自动化移液机器人、实验室转运机器人、时空自动化样本处理系统、自动更换细胞培养基工作站、高通量液滴微流控筛选平台、单细胞液滴生成仪、酶标仪, 具体详见采购需求	2237.80
包组 2	全自动化电泳系统	1 套	本包组采购全自动化电泳系统, 具体详见采购需求	99.60
包组 3	微观多组学分析设备系统	1 套	本包组采购多组学分析仪, 亚细胞空间原位多组学分析系统(成像分析系统), 具体详见采购需求	870.00

(1) 经政府采购管理部门同意, 本项目包组 2、包组 3 亚细胞空间原位多组学分析系统(成像分析系统)允许采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。

(2) 本项目包组 1、包组 3 多组学分析仪只允许采购本国产品。

(3) 本项目采购标的所属行业为: 工业

(4) 本项目多个包组允许兼投兼中。

合同履行期限: (包组 1) -80℃自动化存储系统: 在合同签订后 180 天内完成供货、安装和调试并交付用户单位使用; 其他设备: 在合同签订后 45 天内完成供货、安装和调试并交

付用户单位使用。（包组 2）国内供货：在合同签订后 45 天内完成供货、安装和调试并交付用户单位使用。境外供货（可办理免税）：办理免税证明后 90 天内。（包组 3）多组学分析仪：在合同签订后 45 天内完成供货、安装和调试并交付用户单位使用；亚细胞空间原位多组学分析系统（成像分析系统）：国内供货：在合同签订后 45 天内完成供货、安装和调试并交付用户单位使用。境外供货（可办理免税）：办理免税证明后 90 天内

本项目（不接受）联合体投标。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

3. 本项目的特定资格要求：

（1）应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供以下材料：

①具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供按照招标文件的格式签署盖章的《资格声明函》。

③有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供按照招标文件的格式签署盖章的《资格声明函》。

④具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供按照招标文件的格式签署盖章的《资格声明函》。

⑤参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供按照招标文件的格式签署盖章的《资格声明函》。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，较大数额罚款认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定。）

（2）信用记录：投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信

被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以招标代理机构于评标当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及“中国政府采购网”（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

（3）投标人必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或同一合同项下）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参与本项目投标。（提供按照招标文件的格式签署盖章的《资格声明函》）。

（4）投标人应当具备的其他资格条件：①投标人为经营企业的，投标人须具有有效期内《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》或承诺供货前取得《第二类医疗器械经营备案凭证》的承诺函；②投标人为生产厂商的，须具有有效期内《医疗器械生产许可证》。

（5）投标人已按招标公告及招标文件的规定获取了招标文件。

（6）本项目（不接受）联合体投标。

（7）本项目不接受中标备选方案。

三、获取招标文件

时间：2025 年 11 月 26 日至 2025 年 12 月 02 日，每天上午 9：00 至 12：00，下午 12：00 至 17：30（北京时间，法定节假日除外）

地点：广东志正招标有限公司快速采购平台 <https://www.zztender.com/>

方式：详见本招标公告“六、其他补充事宜”。

售价：¥0.0 元，本公告包含的招标文件售价总和。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025 年 12 月 16 日 09 点 30 分（北京时间）

开标时间：2025 年 12 月 16 日 09 点 30 分（北京时间）

地点：广州市天河区龙怡路 117 号银汇大厦 5 楼广东志正招标有限公司会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

（1）获取招标文件的方式：代理机构处线上免费获取。

供应商通过代理机构官网“<https://www.zztender.com/>”进行操作，从项目采购公告右侧的“我要报名”入口，相关操作成功后即可获取招标文件。

本项目只接受通过以上方式正式获取招标文件的供应商参加投标。投标人应保证报名时提供的信息真实可靠，如因填写信息错误导致的任何损失由投标人负责。

备注：投标人通过其他渠道获取的招标文件与在招标代理机构平台网站获取的不一致，以在招标代理机构平台网站获取的招标文件版本为准。

（2）落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部 国家发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）等。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：华南理工大学

地址：广州市天河区五山路 381 号

联系方式：郭老师、文老师 020-87112962

2. 采购代理机构信息

名称：广东志正招标有限公司

地址：广州市天河区龙怡路 117 号银汇大厦 5 楼

联系方式：杨小姐 020-87554018、85165610

3. 项目联系方式

项目联系人：李小姐、滕小姐

电话：020-85165610

发布人：广东志正招标有限公司

发布日期：2025 年 11 月 25 日

第一部分 投标人须知

一 投标人须知表

条款号	项 目	内 容
1.1	采购人	名称：华南理工大学 地址：广州市天河区五山华南理工大学物资大楼 联系方式：郭老师、文老师 020-87112962 邮 箱：zbshb@scut.edu.cn
1.2	采购代理机构	名 称：广东志正招标有限公司 地 址：广州市天河区龙怡路 117 号银汇大厦 5 楼 联系人：李小姐、滕小姐 电 话：020-85165610
1.3.5	是否允许采购进口产品	包组 1 ☐ 是 ☒ 否 包组 2 ☒ 是 ☐ 否 包组 3 多组学分析仪： ☐ 是 ☒ 否 亚细胞空间原位多组学分析系统（成像分析系统）： ☒ 是 ☐ 否
1.3.6	是否为面向中小企业采购	☐ 是，全部专门面向 ☐ 是，部分专门面向 实现方式： ☐ 分包 分包内容：_____ 金额或者比例：_____ ☐ 组成联合体 ☒ 否，不专门面向
1.3.7	是否有政府强制采购的节能产品	☐ 是，具体产品为_____ ☒ 否
1.4	是否允许联合体投标	☐ 是，联合体的相关要求详见本项目招标公告“二、申请人的资格要求”中对联合体的要求。 ☒ 否
2.2	项目预算金额、最高限价	最高限价： 包组 1： 微观多组学自动化样本制备筛选检测及转运存储系统：2237.80 万元（人民币） 包组 2： 全自动化电泳系统：99.60 万元（人民币） 包组 3： 微观多组学分析设备系统：870 万元（人民币）
4	计量单位	☒ 中华人民共和国法定计量单位 ☐ 其他：_____

6.1	现场考察、开标前答疑会	☒ 不组织 ☐ 组织，时 间：_____ 地 点：_____ 联系人：_____ 电 话：_____ ☐ 组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。
11.3	样品或演示	☒ 不需要提供样品 ☐ 需要提供样品 1. 递交投标样品的截止时间：__年__月__日__:__（北京时间） 递交投标样品地点：_____ 递交样品联系人：_____ 递交样品联系电话：_____ 2. 样品制作的标准和要求：_____ 3. 随样品提交相关检测报告要求：_____ （包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等） 4. 样品的封存及退回：中标投标人的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标的投标人提供的样品，应当由采购人进行保管、封存，中标公告发出之日起七个工作日后，由未中标人自行领回，逾期不领回的视为未中标人同意采购人有权自行处置相关样品。 5. 样品评审方法：详见评审细则中的要求_ 6. 样品评审标准：详见评审细则中的要求 ☒ 不需要提供演示 ☐ 需要提供演示 1. 演示的方式：_____ 2. 演示的内容：_____ 3. 演示时间（不含答辩时间）：_____ 4. 演示评审方法：详见评审细则中的要求。 5. 演示评审标准：详见评审细则中的要求。
12.1	投标报价货币要求	☒ 所有投标均按人民币进行报价。 ☐ 其它：_____
13.1	投标保证金	☐ 不收取。所有有关投标保证金的条款内容不适用。 ☒ 收取。 （1）金额： 包组1：人民币 <u>200,000.00</u> 元 包组2：人民币 <u>9,000.00</u> 元 包组3：人民币 <u>87,000.00</u> 元 （2）提交形式（可自行选择）：银行转账、支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 （3）有效期：与投标有效期一致。

		(4) 缴纳方式: ①如采用银行转账形式的, 必须于投标截止时间前到达指定账户, 以到达指定账户的时间为准。投标截止时间后不再接受投标人提交的投标保证金, 请各投标人合理安排时间。 <u>投标保证金账号</u> <u>收款单位: 广东志正招标有限公司;</u> <u>开户银行: 广州银行股份有限公司龙口西支行;</u> <u>账号: 8002 0117 7509 011;</u> <u>保证金相关事宜联系人: 廖小姐 联系电话: 020-87554268</u> <u>网上银行转账的, 请各投标人将投标保证金存进以上广东志正招标有限公司指定银行账户, 并在提交投标文件时, 提交银行电子回单加盖单位公章, 同时在银行转账单据上标注项目编号: SCUT-HW-ZB20250091号 (兼投多个包组的请注明包组号)。</u> ②如采用支票、汇票、本票形式提交的: 票据原件可单独封装或放入《保证金信封》内, 与投标文件同时送达指定的投标文件递交地点, 票据复印件或打印件放入投标文件中。注明事由: <u>(项目编号: SCUT-HW-ZB20250091号)</u> 投标保证金。 ③如采用金融机构、担保公司或保险机构开具的投标保函或担保函或保证保险函等形式提交的, 保函或担保函或保证保险函须开具给采购人 (保险受益人须为采购人), 并与投标文件一同递交 (原件可单独封装或放在《保证金信封》中, 复印件或打印件放在投标文件中)。 如供应商根据相关规定可办理电子保函的, 电子保函与纸质保函具有同样效力。供应商须提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证, 并与投标文件一同递交 (可单独封装或放在《保证金信封》中)。
15.1	投标有效期	从提交投标文件的截止之日起 <u>90</u> 日历天。
16.1	投标文件及电子文档份数	正本一份, 副本七份, 电子文档一份 (U 盘或光盘) (1) 投标文件正本与电子投标文件一起封装, 封套盖章并标明项目编号、投标人名称及“正本”等字样。 电子文档须同时提交以下文件: ①可编辑的 WORD 或 EXCEL 格式文件 (资质文件及证书等可扫描以图片格式提交) ②按招标文件要求签署、盖章后的正本投标文件扫描成 PDF 格式文件。 电子文档须一同拷贝至无病毒无密码的 U 盘或光盘, 其中所有文件不做压缩处理。

		若电子文档与纸质投标文件不符，以纸质投标文件为准。 (2) 投标文件的副本可采用正本的复印件。投标文件副本一起封装，封套盖章并标明项目编号、投标人名称及“副本”等字样。若副本与正本不符，以正本为准。 (3) 保证金退还说明（原件），以及投标保证金银行电子回单复印件（《银行保函》或《政府采购投标保证金》形式交纳投标保证金的，提供以上保函原件）一起封装，封套盖章并标明项目编号、投标人名称及“投标保证金”等字样									
18.1	递交投标文件截止时间、地点	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。									
20.1	开标时间、地点	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。									
21	评标委员会组成	根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和评审专家组成，成员人数按法律法规规定。									
27.2	评标办法	☒ 综合评分法 ☐ 最低评标价法									
29.2	推荐中标候选人的数量	评标委员会编写书面的评标报告，按综合得分（商务、技术和价格得分相加）高低次序排出名次，并推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人。									
31	确定中标人的方式	中标人数量： <u>1</u> 名 ☐ 采购人委托评标委员会直接确认中标人 ☒ 采购人确认中标人									
35.1	履约保证金	☒ 本项目不收取履约保证金 ☐ 本项目收取履约保证金 履约保证金金额： <u>/</u> 履约保证金递交时间： <u>/</u> 履约保证金递交方式： ☐ 保函 ☐ 支票 ☐ 电汇 履约保证金退还时间及规定： <u>/</u> 采购人逾期退还的违约责任： <u>/</u>									
36	招标代理服务费	本项目收取采购代理服务费用 (1) 本次采购代理服务费用向<u>中标人</u>收取； (2) 按照下述方式向采购代理机构按如下标准和规定缴纳采购代理服务费用； 方式一：差额定率累进法收费：以中标通知书中的中标金额作为采购代理服务费的计算基数。参照原国家计委颁发的计价格（2002）1980号、发改办价格（2003）857号及发改价格（2011）534号文规定的“货物类”计费标准下浮20%计算并缴纳。 <table border="1"> <tr> <th>费率 中标金额</th><th>货物招标</th><th>服务招标</th></tr> <tr> <td>100 万元以下</td><td>1.5%</td><td>1.5%</td></tr> <tr> <td>100~500 万元</td><td>1.1%</td><td>0.8%</td></tr> </table>	费率 中标金额	货物招标	服务招标	100 万元以下	1.5%	1.5%	100~500 万元	1.1%	0.8%
费率 中标金额	货物招标	服务招标									
100 万元以下	1.5%	1.5%									
100~500 万元	1.1%	0.8%									

		<table><tr><td>500~1000 万元</td><td>0.8%</td><td>0.45%</td></tr><tr><td>1000~5000 万元</td><td>0.5%</td><td>0.25%</td></tr><tr><td>5000 万元~1 亿元</td><td>0.25%</td><td>0.1%</td></tr><tr><td>1~5 亿元</td><td>0.05%</td><td>0.05%</td></tr><tr><td>5~10 亿元</td><td>0.035%</td><td>0.035%</td></tr><tr><td>10~50 亿元</td><td>0.008%</td><td>0.008%</td></tr><tr><td>50~100 亿元</td><td>0.006%</td><td>0.006%</td></tr><tr><td>100 亿以上</td><td>0.004%</td><td>0.004%</td></tr></table> <u>代理服务费账号：</u> <u>收款单位：广东志正招标有限公司</u> <u>开户银行：中国光大银行广州分行</u> <u>银行账号：083861120100304174807（交纳招标代理服务费账号，非保证金专用账户）</u> <u>注明项目编号。</u>	500~1000 万元	0.8%	0.45%	1000~5000 万元	0.5%	0.25%	5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	1~5 亿元	0.05%	0.05%	5~10 亿元	0.035%	0.035%	10~50 亿元	0.008%	0.008%	50~100 亿元	0.006%	0.006%	100 亿以上	0.004%	0.004%
500~1000 万元	0.8%	0.45%																								
1000~5000 万元	0.5%	0.25%																								
5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%																								
1~5 亿元	0.05%	0.05%																								
5~10 亿元	0.035%	0.035%																								
10~50 亿元	0.008%	0.008%																								
50~100 亿元	0.006%	0.006%																								
100 亿以上	0.004%	0.004%																								
39.3	质疑	一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。 1. 接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面质疑函 联系单位：广东志正招标有限公司内控部 联系电话：020-87554018 通讯地址：广州市天河区龙怡路 117 号银汇大厦 5 楼 邮箱：nkb@zztender.com（用于接收质疑、询问） 2. 质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 二、投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。（采购程序环节分为：招标文件、招标过程、中标结果）																								

3 注：表格中“☑”项或“■”项为被选中项。

二 总则

1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表 1.1 款。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表 1.2 款。

1.3 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4 符合本项目招标公告“二、申请人的资格要求”中规定的资格条件。

1.3.5 若投标人须知表 1.3.5 款中写明允许采购进口产品，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

1.3.6 若投标人须知表 1.3.5 款中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。

1.3.7 若投标人须知表 1.3.6 款中写明专门面向中小企业采购的，如投标人提供的对应货物制造商不符合要求，其投标将被认定为**投标无效**。

1.3.8 若投标人须知表 1.3.7 款中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为**投标无效**。

1.4 如投标人须知表 1.4 款中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7 以联合体形式参加政府采购活动的,联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标,否则相关投标将被认定为**投标无效**。

(1) 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。

(2) 联合体中标的,联合体各方应共同与采购人签订采购合同,就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.8 对联合体投标的其他资格要求见本项目招标公告“二、申请人的资格要求”中规定的资格条件。

1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动,其相关投标将被认定为**投标无效**。

1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。

1.7 投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品,影响其正常决策行为。一经发现,其将被认定为**投标无效**。

2. 资金来源

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金(包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金)。

2.2 项目预算金额和最高限价见投标人须知表 2.2 款。

2.3 投标人报价超过招标文件规定的最高限价的,其投标将被认定为**投标无效**。

3. 语言文字

除专用术语外,与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的,以中文文本为准。

4. 计量单位

除投标人须知表 4 款中有特殊要求外,投标文件中所使用的计量单位,应采用中华人民共和国法定计量单位。

5. 投标费用

不论投标的结果如何,投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用,采购人与采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

6. 现场考察、开标前答疑会

6.1 投标人须知表 6.1 款规定组织现场考察或开标前答疑会的,采购人按规定的地点、时间组织投标人现场考察或开标前答疑会,或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

6.2 由于未参加现场踏勘或标前答疑而导致对项目实际情况不了解,影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的,由投标人自行承担相应后果。

6.3 现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任风险由投标人自行承担。

7. 适用法律

本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部门对政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

三 招标文件

8. 招标文件构成

8.1 招标文件内容如下：

招标公告

第一部分 投标人须知

第二部分 采购需求

第三部分 评标方法

第四部分 拟签订的合同文本

第五部分 投标文件内容及格式

8.2 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为**投标无效**。

9. 招标文件的澄清与修改

9.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少 15 日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。对于没有及时回函确认或者不回函的，视为其已收到。

四 投标文件的编制

10. 投标范围

10.1 项目有划分包组的，投标人可对招标文件其中某一个包组或几个包组进行投标，如采购需求或招标公告另有约定的，从其约定。

10.2 投标人应当对所投包组在招标文件中“采购需求”所列的所有货物内容进行投标，如仅响应包组中某一部分内容，其该包投标将被认定为**投标无效**。

10.3 无论招标文件第二部分采购需求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

11. 投标文件构成

11.1 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。具体见第五部分 投标文件内容及格式。

11.2 投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

11.3 样品或演示要求详见投标人须知表 11.3 款。

12. 投标报价

12.1 所有投标均按投标人须知表 12.1 款中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为**投标无效**。

12.2 投标价格应为投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成本项目所需的一切费用。

12.3 投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标货物及伴随服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

12.4 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，除合同约定可以变更以外的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

12.5 每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.6 除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

13. 投标保证金

13.1 投标人应提交投标人须知表 13.1 款中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2 投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。

13.3 投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

(1) 在投标有效期内，投标人撤销投标的；

(2) 中标后，中标人无正当理由放弃中标或中标人不按招标文件要求和中标的投标文件签订合同的；

(3) 中标后不按本须知第 35 款的规定提交履约保证金的；

(4) 存在其他违法违规行为的。

13.4 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5 投标保证金的退还

13.5.1 中标人应在与采购人签订合同之日起 5 个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.2 未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日即中标结果公告公布之日起 5 个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

13.5.3 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.4 政府采购投标担保函不予退回。

13.6 因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

14. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

14.1 投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

14.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

14.2.1 货物主要技术指标和性能的详细说明；

14.2.2 货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

14.2.3 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

15. 投标有效期

15.1 投标应在投标人须知表 15.1 款中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

15.2 在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

16. 投标文件的签署及规定

16.1 投标人应按投标人须知表 16.1 款中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

16.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章，并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

16.3 投标文件因字迹潦草无法辨认、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

五 投标文件的递交

17. 投标文件的密封和标记

17.1 投标人应将投标文件装订成册、密封，将正本和所有的副本、电子文档密封，并进行包封。

17.2 所有包装封皮上均应：

（1）注明项目名称、项目编号、包号、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在包装封皮上加盖投标人单位公章。

17.3 如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被**拒绝接收**。密封有瑕疵，但不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件内容泄密的，不被认定为未密封。

18. 投标截止

18.1 投标人应在投标人须知表 18.1 中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到投标人须知表 18.1 款中规定的地点。

18.2 采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

19. 投标文件的接收、修改与撤回

19.1 在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和采购代理机构将**拒绝接收**。

19.2 采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具签收回执。

19.3 递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。否则，修改后的投标文件或撤回行为无效。

19.4 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

19.5 采购人和采购代理机构对所接收并当众宣读投标内容的投标文件概不退回。

六 开标及评标

20. 开标

20.1 采购人和采购代理机构将按投标人须知表 20.1 款中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。投标人不足 3 家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。

20.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。

20.4 投标人法定代表人或授权代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

21. 组建评标委员会

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表 21 款。

22. 资格审查

22.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第五部分《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标环节，其投标将被认定为**投标无效**；通过资格审查的投标人不足 3 家的，不得评标。

22.2 采购人或采购代理机构将于评标当天查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为**投标无效**。

22.2.1 不良信用记录指：投标人在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）被入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为**投标无效**。

22.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

23. 符合性审查

符合性检查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第五部分《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为**投标无效**；通过符合性审查的投标人数量不足 3 家的，不得进入下一步评审。

24 投标文件的澄清

24.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

24.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

24.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

24.4 **评标委员会认为**投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人在不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为**无效投标**处理。提交证明材料的合理时间由评标委员会根据实际情况确定。

25 样品及演示

25.1 投标人须知表 11.3 款中要求投标人提供样品的，按照样品的评审方法以及评审标准进行评审。

25.2 采购活动结束后，按照投标人须知表 11.3 款中要求对投标人提供的样品进行封存及退回。

25.3 演示的评审方法以及评审标准具体内容见评审细则的要求。

26. 投标无效

26.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。

对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。

如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为**无效投标**处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

26.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

(1) 未按招标文件的规定提交投标保证金的；

(2) 投标文件中以下任一文件未按照招标文件规定要求签署或盖章的。

①资格声明函

②投标函

③法定代表人证明书或法定代表人授权委托书

④开标一览表

⑤分项报价表

⑥实质性响应条款一览表

⑦投标响应与招标文件差异一览表

(3) 投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(4) 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

(5) 与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；

(6) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

(7) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(8) 属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形；

26.3 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；不同投标人的投标文件相互混装；

(5) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

27. 比较与评价

27.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

27.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表 27.2 款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第三部分 评标方法。

(1) 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

(2) 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

27.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库[2020]46号)、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,对于非专门面向中小企业的项目(或者部分面向中小企业项目中的非专门面向中小企业的采购包),在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了符合要求的《中小企业声明函》,或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的投标人,其投标报价扣除6-10%后参与评审。对具体办法详见第三部分 评标方法。

27.4 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法见招标文件第三部分 评标方法。

28. 废标

出现下列情形之一,将导致项目**废标**:

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家;
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价,采购人不能支付的;
- (4) 因重大变故,采购任务取消的。

29. 中标候选人的推荐原则及标准

29.1 除第32条规定外,评标委员会将根据评标标准,对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序,推荐中标候选人:

(1) 采用最低评标价法的,除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外,不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的,按第三部分评标办法规定执行。

(2) 采用综合评分法的,评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的,按第三部分评标办法规定执行。

29.2 评标委员会将根据评标标准,按投标人须知表29.2款中规定的数量推荐中标候选人。

29.3 因推荐中标候选人名单产生其他问题,由评标委员会集体研究处理。

30. 保密原则

30.1 评标将在严格保密的情况下进行。

30.2 有关人员应当遵守评标工作纪律,不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

七 确定中标

31. 确定中标人

由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表 31 中规定的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

32. 采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

33. 中标通知书

33.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在中国政府采购网、华南理工大学招标中心网上公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。

33.2 中标通知书是合同的组成部分。

34. 签订合同

34.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。

34.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。

34.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

35. 履约保证金

35.1 如需要中标人缴纳履约保证金的，中标人应按照投标人须知表 35.1 款规定向采购人缴纳履约保证金。

35.2 如需要中标人缴纳履约保证金的，中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

36. 采购代理服务费

中标人须按照投标须知表 36 款规定，向采购代理机构支付招标代理服务费。

37. 廉洁自律规定

37.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

37.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

38. 人员回避

投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的,可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请,并说明理由。

39. 质疑与接收

39.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的,可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定,依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

39.2 质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》的要求,在法定质疑期内以纸质形式提出质疑,针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的质疑,不予接收。

39.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址,见投标人须知表 39.3 款。

40. 履约验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及华南理工大学的要求进行验收。

第二部分 采购需求

说明：

1. 投标人须对本项目（有划分包组的，则以包组为单位）进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。
2. 本招标文件中，凡标有“★”的地方（如有），投标人要特别加以注意，必须对此作出一一响应。若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将导致其投标无效。
3. 投标人应针对本项目采购需求标注“★”的技术参数响应情况：①采购需求书中“评审时是否需要提供证明材料”中明确“是”的，则提供有效的佐证材料，以佐证所投产品的相应的技术参数及功能，包括但不限于列有技术参数且完整的厂家产品彩页，或产品功能截图，或厂家官方网站公布的截图，或厂家产品说明书，或经厂家确认的证明材料（投标人为厂家的不能仅以技术响应偏离表为佐证材料，需另附上厂家确认的证明材料），或第三方机构出具的检测报告等（如用户需求书中另有明确要求提供的证明资料，则以用户需求书中要求的为准）。如上述资料未能佐证招标需求的参数，则相应的技术参数响应可被视为负偏离。②如采购需求书中“评审时是否需要提供证明材料”中明确为“否”的，以投标人《实质性响应条款一览表》的响应情况为准。
4. 凡标记“▲”号的条款（如有）为重要的要求，投标人任何负偏离（不满足要求）或不响应可能对其评审产生影响，具体见项目评审标准。
5. 本项目属于科研仪器设备采购。经政府采购管理部门同意，本项目（包组 2、包组 3 的亚细胞空间原位多组学分析系统（成像分析系统））采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。本项目（包组 1、包组 3 的多组学分析仪）只允许采购本国产品。
6. ★投标人所投产品为进口的，投标人应得到制造商的正式授权书，如有多级授权的，授权关系必须保持连贯性。仅适用于包组 2、包组 3（亚细胞空间原位多组学分析系统（成像分析系统））
7. 本项目的核心产品分别是：
包组 1：-80℃自动化存储系统、时空自动化样本处理系统；
包组 2：全自动化电泳系统；
包组 3：多组学分析仪、亚细胞空间原位多组学分析系统（成像分析系统）。
两家以上投标人提供相同品牌产品参加同一合同项下投标且均通过资格审查、符合性审查的，按一家合格投标人计算。
8. 本项目多个包组可兼投兼中。
9. 无论招标文件中是否有具体要求，投标人所投的货物及伴随的服务和工程均应符合国家的强制性标准。同时，所投产品的生产制造商应遵守国家关于生产许可的强制规定。
10. 本项目采购标的所属行业为：工业

采购项目概述

为构建完整的“数基时空平台”，实现从样本到洞察的全流程、自动化、智能化科学发现闭环，本项目拟整体采购一套由“时空多组学智能系统”软件及三大核心硬件系统构成的完整解决方案。作为平台的中枢与大脑，“时空多组学智能系统”需通过专用 API 接口，将负责自动化样本前处理与存储的“微观生物多组学自动化样本制备及转运存储系统”、负责样本质控与筛选的“微观多组学自动化样本筛选及检测系统”、以及负责核心多组学数据产出的“微观多组学分析系统”深度集成为一个协同工作的整体，从而实现从样本接收到数据分析的无人值守与智能调度，并确保所有实验及分析数据能够自动、完整、可追溯地汇入平台数据库，为后续的 AI 驱动分析与知识发现提供高质量的数据基础。

包组 1:

为满足项目大量样本自动化筛选、检测、标准化定量分析以及高通量、无人值守的样本前处理与制备需求，拟采购一套集生物样本超低温保藏、智能转运、自动化制备与高通量分析于一体的综合性自动化系统。该系统需采购：-80 摄氏度自动化样本存储系统 1 套，用于生物样本的超低温智能保藏；实验室转运机器人 1 台，实现各模块间的样本智能转运；时空自动化样本处理系统 1 套，用于组织样本的原位捕获与测序；自动化移液机器人 1 台与自动更换细胞培养基工作站 1 台，满足从核酸提取、cDNA 合成到细胞培养等关键环节的自动化操作；高通量成像流式细胞分析系统 1 套，用于实验高通量细胞形态学分析、力学分析、蛋白空间定位分析；单细胞液滴生成仪 1 台，要求支持至多 4 张载片同时运行，最少支持一张载片运行；酶标仪 1 台，需满足终点和动力学检测、连续多激发光检测、连续多发射光检测、比率测定、孔扫描等功能。该系统是“数基时空平台”的自动化样本前处理与筛选检测核心系统，需与中心“时空多组学智能系统”深度集成，满足单细胞与空转多组学科学发现闭环平台业务需求。系统需提供专用 API 接口，能自动接收平台下发的实验任务单，实时反馈各设备状态与运行日志，并在任务完成后，将包含原始数据、质控参数、分析结果及全流程元数据的结构化数据包自动、准确地上传至平台统一数据库，实现无人值守的自动化操作与全流程数据追溯，确保数据完整、即时可用。

包组 2:

为满足项目大量生物样本的自动化、标准化片段分析，拟采购全自动化电泳系统 1 套，用于满足自动化样本片段分析的核心需求。该系统是“数基时空平台”的样本筛选和检测系统中的关键组成部分，并需与中心“时空多组学智能系统”进行深度集成，以满足单细胞与空转多组学科学发现闭环平台业务需求。为实现系统集成，该设备需具备灵活的数据导出功能，其自带分析软件应能提供多种标准格式的数据导出，便于平台统一数据库对包含原始数据、质控参数和分析结果的数据包进行自动采集与整合，从而确保数据的统一管理与即时可用。

包组 3:

为满足项目大量多组学样本分析。拟采购多组学分析仪 1 台，支持新鲜冰冻组织或 FFPE 样本上机，兼容市售抗体，无需过多的预处理，染色、拍照全自动完成，可以在一张组织切片上检测多种生物标志物的表达水平并保留空间信息；亚细胞空间原位多组学分析系统 1

套，组织切片原位同时分析>450 种 RNA，提供针对肿瘤、神经等研究领域的商业化试剂，并支持添加定制靶点>90 个，同时支持最多 480 个基因的全定制 panel，可以同时实现单张组织切片 RNA 和蛋白质的共检测，具备分析 RNA 可变剪切体和外源序列的检测能力。该系统是“数基时空平台”关键数据产出系统，并与中心“时空多组学智能系统”深度集成，满足单细胞与空转多组学科学发现闭环平台业务需求。系统提供自动化的数据传输机制和专用数据格式，确保海量原始数据能直接、高效地对接平台的智能数据生命周期管理系统，实现数据的自动备份、归档与分析就绪。

包组 1：微观多组学自动化样本制备筛选检测及转运存储系统

一、货物清单

序号	货物名称	数量	计量单位	单价最高限价（元）	合计最高限价（元）	是否允许采购进口产品	主要货物	核心产品
1	-80℃自动化存储系统	1	台	9,800,000.00	9,800,000.00	否	是	是
2	自动化移液机器人	2	台	99,000.00	198,000.00	否	是	
3	实验室转运机器人	2	台	800,000.00	1,600,000.00	否	是	
4	时空自动化样本处理系统	1	台	5,800,000.00	5,800,000.00	否	是	是
5	自动更换细胞培养基工作站	1	台	750,000.00	750,000.00	否	是	
6	高通量液滴微流控筛选平台	1	台	3,300,000.00	3,300,000.00	否	是	
7	单细胞液滴生成仪	1	台	450,000.00	450,000.00	否	是	
8	酶标仪	1	台	480,000.00	480,000.00	否	是	
包组 1 最高限价（元）					22,378,000.00			

二、技术要求

序号	货物名称	指标重要性	评审时是否需要提供证明材料	主要技术指标
1	-80℃自动化存储系统	★	否	1. 耗材标准及存储量：需具备保证上下游流程标准化及通用性，所有样本管在存储区内均以 SBS 冻存盒格式存储；适配 2ml SBS 冻存管；设计存储量≥50 万管。采用单个库体集中管理，设备配置一个-80℃存储区。
				2. 样本保藏系统
		▲	是	2.1 库体保藏系统：需具备采用双温区、库中库结构，外库体与内库体之间空间为-20℃缓冲区，内库体为-80℃存储区，充分利用冷量下沉原理锁住冷量；存储区顶部需要预留维护空间，可用于设备维修的空间高度≥1200 mm（ 投标时需提供结构设计图佐证设备存储区顶部维修的空间高度满足招标要求 ）。
		1	否	2.2 支持批量出入库，一次性批量出入库数量应≥5 盒，支持出入库缓存，缓存数量应≥70 盒。
		2	是	2.3 除霜模块中转轮采用无轴设计，采用密封转轮部件，转轮工作温度≤-20℃；除霜主机需有第三方防火认证，第三方杀菌认证，防微生物认证。具备快速除霜能力，≤25 分钟可置换一次库体内部空气（ 投标时需提供除霜主机的第三方防火认证，第三方杀菌认证，防微生物认证的证书复印件 ）。
		3	否	2.4 -80℃存储区库体保温要求：应采用双层库体结构，每层保温库体厚度≥150mm，当存满冻存架后，如果所有制冷设备失效，保证 10 小时内的温度≤-60℃。
		4	是	2.5 具备紧急取样本功能，用户可在所有制冷及自动化瘫痪或极端情况（如地震、火灾）时，在人员不进入-80℃存储区的情况下将样本取出。（ 投标时需提供设备紧急取样的演示视频，视频时长≤5 分钟，视频文件格式为“.mp4”，并通过 USB 媒介提供 ）
		▲	是	2.6 系统存储区采用五面体蓄水池式保温结构，-80℃存储区内库体的四个侧面无开口，保证存储区内冷量不外泄；（ 投标时需提供设备结构图纸以证明其-80℃存储区内库体保温结构侧面无开口 ）。
		▲	是	2.7 -80℃存储区每次样本存取操作，顶部保温板不会大面积整体掀开形成热对流导致存储区顶部温度回温，-20℃缓冲区与-80℃存储区热交换开口总面积≤0.035 m²（ 投标时需提供-20℃缓冲区与-80℃存储区热交换开口结构图 ）。
		5	否	2.8 -80℃存储区内无任何横向或纵向移动零部件，避免热源进入储存区。
		▲	是	2.9 冻存架整体采用单段一体式设计，样本存、取时只需目标样本所在的单个冻存架在竖直方向上、下移动，整个提升过程不发生分段，不拆分，不产生相对位移，其它冻存架及其内保藏的样本保持静止保藏状态。
		▲	是	2.10 冻存架规格：所有冻存架均由框架、顶部保温棉及连接部分组成，单个冻存架冻存盒数量≥16 个，冻存架顶部保温

			层厚度≥150mm。
6	否		2.11 设备保温系统采用双温区物理隔离，考虑到极端维护状况下自动化空间需要回温可能性，缓冲区回温-80℃存储区温度波动不会超出±5℃；人机交互窗口采用内、外双电动门互锁密封，隔绝出入库热交换，挑管工作间与-80℃存储区样本传递窗口需设置电动门密封。
			3. 自动化存储系统
7	是		3.1 设备可集成及控制样本转运机器人，实现与自动化样本分装设备、自动化冷库、自动化整板开盖机等仪器之间的串联,实现自动化生产。
8	否		3.2 设备配备桁架机械手、冻存盒转运机械手、挑管机械手，缓冲区配备≥2 个冻存架暂存位；
▲	是		3.3 设备具备挑管与出盒同步运行的能力，配置固定挑管平台及专用挑管机械手；连续挑管时，单管挑管周期≤7 秒/管，成功率≥99.99%（提供连续 10000 管以上的挑管日志证明单管挑管周期≤7 秒/管，挑管成功率≥99.99%）。
9	否		3.4 设备自动化存取系统中的挑管机器人可以兼容（0.5ml、0.75ml、1ml、2ml、5ml 等多种规格）SBS 样本管，可以以单管/整盒为单元出入库。
			4. 制冷系统
▲	是		4.1 设备制冷系统中单台制冷机集成所有过滤元件、节流元件、阀件等，存储区内无任何需维护配件，制冷系统所有维护在库外（常温环境）即可实现。每台制冷机最低制冷温度为≤-130℃，位于存储区内部的蒸发器最低制冷温度≤-120℃。
10	否		4.2 设备蒸发器模块化设计，-80℃存储区分区设计，每个分区两侧及中间区域均有布置，蒸发器数量≥6 个。
			5. 监控系统
11	否		5.1 独立运行的温度监控系统：-80℃存储区四个角及中间区域分上、下两层分别设置一个 PT100 型温度探头，总数≥10 个；-20℃缓冲区及挑管间各设置≥2 个 PT100 型温度探头，总数≥4 个。
▲	是		5.2 设备视频监控支持符合 GB35114 标准的终端接入检测功能，可对不符合 GB35114 的终端接入进行阻断并告警；设备视频监控支持 GA/T1400 协议检测功能,可对不符合 GA/T1400 协议的终端进行阻断并告警（投标时需提供 GB35114 认证报告和 GA/T1400 认证报告）。
			6. 样本管理系统
12	否		6.1 系统采用 B/S 架构，部署在本地服务器，用户通过浏览器访问的形式登录账户即可操作，为保障系统的稳定运行，需兼容 Google Chrome 版本 119.0 以上。
13	否		6.2 样本管理系统支持全生命周期管理，包括自定义录入、编号规则、包裹收样、异常登记、多方式入库出库归还及移库。
14	否		6.3 服务器：机箱塔式服务器，处理器要求为服务器级，基准配置至少 4 核心 4 线程，主频不低于 3.1GHz，内存配置≥16GB DDR4，速率≥3200MT/s，硬盘包括 256GB M.2 SSD 系统盘≥1 块，1TB HDD 数据盘≥2 块。

序号	货物名称	指标重要性	评审时是否需要提供证明材料	主要技术指标
2	自动化移液机器人			1. 整机功能
		1	否	1.1 桌面型自动化移液设备，可实现液体转移，液体混合等操作
		2	否	1.2 功能模块：包含开盖抓手模块、转板抓手模块、移液模块、温控模块、振荡孵育模块、磁吸模块、高效 HEPA 模块（ISO5 级）、荧光定量模块、PCR 模块；
		▲	是	1.3 不同抓手和移液器可以任意两两组合；
				2. 移液模块
		▲	是	2.1 标配固定 8 通道、单通道移液器
		3	否	2.2 移液体积范围：8 通道 1 μL-200 μL，单通道：1 μL-1000 μL；
		4	否	2.3 加样精度：CV（误差）≤5%（2 μL 时），CV≤1%（200 μL 时）
				3. 温控模块
		5	否	3.1 温度范围：温控模块支持 4℃-95℃
		6	否	3.2 PCR 仪温度准确性：浮动偏差控制在±0.2℃；温度均匀性：浮动偏差控制在±0.3℃；
		7	否	3.3 温控模块温度准确性：≤1℃（55℃时）；温控模块温度均匀性：≤1℃（55℃时）
				4. 台面设计
		8	否	4.1 台面标准 SBS 板位≥12 个，可灵活适配各种功能模块
		9	否	4.2 具有安全控制移门，可防止失误进入工作台面，避免机械意外伤害
				5. 软件功能
		10	否	5.1 支持中英文切换；提供图形化脚本编辑界面

序号	货物名称	指标重要性	评审时是否需要提供证明材料	主要技术指标
3	实验室转运机器人			1. 安装环境
		1	否	1.1 需要适应复杂实验室、狭窄通道，满足车体尺寸：机器人体积 0.2m³-0.6m³（不含机械臂）；
		2	否	1.2 最小通道宽度：≤1000 mm
		3	否	1.3 转弯半径：≤R650 mm
				2. 负载能力

		4	否	2.1 平台负载能力： ≥ 300 kg
		5	否	2.2 机械臂负载： ≥ 5 kg
				3. 定位精度
		6	否	3.1 导航方式：激光 SLAM
		7	否	3.2 综合定位/停靠精度： ≤ 0.7 mm
		8	否	3.3 机械臂重复定位精度： ± 0.02 mm
		9	否	3.4 底盘定位精度： ± 7 mm
				4. 动力性能
		10	否	4.1 驱动形式：双轮差速
		11	否	4.2 最大移动速度： ≤ 1.5 m/s
		12	否	4.3 电池与续航 ≥ 8 h
		13	否	4.4 充电方式：接触/无线/换电

序号	货物名称	指标重要性	评审是否需要证明材料	主要技术指标
4	时空自动化样本处理系统			1. 整机功能
		1	否	1.1 平台功能：可实现空间转录组原位捕获操作
		▲	是	1.2 样本兼容性：至少兼容 FF 和 FFPE 样本
		▲	是	1.3 物种兼容性：至少支持人和小鼠样本；（兼容其他物种更佳）
		▲	是	1.4 捕获面积：单个捕获区捕获面积 $\geq 3\text{mm} \times 3\text{mm}$
		▲	是	1.5 捕获分辨率：至少具备单细胞级（ $\leq 10 \mu\text{m}$ ）的高分辨率
		▲	是	1.6 自动化程度：可以进行样本部分自动化处理
		▲	是	1.7 检测灵敏度：平均每个细胞检出基因中位数 ≥ 500 个
		▲	是	1.8 提供 ≥ 1 种实验染色方法
				2. 移液模块
		2	否	2.1 移液体积范围包含： $20 \mu\text{L}$ – $1000 \mu\text{L}$
		3	否	2.2 移液精准度：CV（误差） $< 2\%$
				3. 温控模块
		4	否	3.1 温度范围：温控模块支持 4°C – 90°C
		5	否	3.1 温控模块温度准确性： $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ；温控模块温度均性： $\pm 1^{\circ}\text{C}$
				4. 软件功能
		6	否	4.1 具备配套的数据分析软件（空间组学数据分析）
		7	否	4.2 具备数据可视化能力（空间组学数据）
		8	否	4.3 软件操作界面支持中英文切换
				5. 耗材供应
		9	否	5.1 耗材供应：提供原厂耗材支持；

序号	货 物 名称	指标重要性	评审是否需提供证明材料	主要技术指标
5	自动更换细胞培养基工作站			1. 整机性能
		1	否	1.1 安装场地：由于场地限制，设备占地面积：长（800-1400）*宽（700-900）*高（9000-1000），单位（mm）
		2	否	1.2 功能模块：包含开盖抓手模块、转板抓手模块、移液模块、温控模块、振荡孵育模块、磁吸模块、高效 HEPA 模块（ISO5 级）、荧光定量模块；
				2. 移液模块
		3	否	2.1 移液通道：包含独立 8 通道移液器
		4	否	2.2 移液范围：独立 8 通道支持 0.5-1000 μ L 体积移液
		5	否	2.3 移液精度：1000 μ L 移液误差（CV）<0.5%
				3. 台面设计
		▲	是	3.1 标准 SBS 板位数：≥41 个
		▲	是	3.2 防错设计：可自动识别耗材类型，降低在实验操作中的失误
				4. 控制软件
		▲	是	4.1 脚本编辑：支持图形化脚本编程
		▲	是	4.2 数据追溯：提供运行过程监控，实现多方面信息回溯

序号	货 物 名称	指标重要性	评审是否需提供证明材料	主要技术指标
6	高通量液滴微流控筛选平台	1	否	1. 用于高通量液滴产生、分选等操控，能实时记录高分辨明场显微图像
				2. 功能模块
		2	否	2.1. 激光通道：≥2 个
		3	否	2.2. 荧光检测通道：≥2 个独立通道
		4	否	2.3. 支持自发荧光背景抑制技术（如 FRET、时间分辨或光谱分离方法），以提升信噪比
		5	否	2.4. 配备光学检测系统 CMOS
		6	否	2.5 相机帧率≥4000fps
				3. 功能参数
		▲	是	3.1. 液滴生成速度：≥2 kHz
		▲	是	3.2. 液滴尺寸：20 - 50 μ L，支持定制
		7	否	3.3. 最大分选速度：≥1 kHz

		8	否	3.4. 分选通量: ≥ 3 million/h
		9	否	3.5 注入成功率: $>95\%$
				4. 功能集成要求
		▲	是	4.1 多台设备串联, 实现部分流程自动化
		10	否	4.2 系统应集成至少液滴生成、分选功能、注入打印功能

序号	货物名称	指标重要性	评审时是否需要提供证明材料	主要技术指标
7	单细胞液滴生成仪			1. 仪器部分
		1	否	1.1 仪器尺寸: 由于场地限制, 设备占地面积: 长 (290-330) * 宽 (210-250) * 高 (230-260), 单位 (mm), 重量 $\leq 8.0\text{kg}$
		2	否	1.2 动力控制: 精密压力驱动的油包水液滴生成, 捕获效率稳定, 独立通道控制, 压力控制范围 40-45kPa
		▲	是	1.4 液滴生成芯片尺寸: 微流控通道的管径范围满足细胞直径上限 $\geq 50\text{ }\mu\text{m}$ 样本上机, 不易被细胞、杂质、微珠等颗粒物堵孔
				2. 仪器应用
		3	否	2.1 主要功能: 通过独立多通道压力驱动微流控进行微液滴生成, 完成细胞标记和捕获, 捕获效率 $>50\%$
		4	否	2.2 应用场景: 兼容 ≥ 3 个单细胞多组学研究
		▲	是	2.3 投标产品支持 1-4 样本的灵活上样, 确保液滴生成芯片支持单通道/芯片的独立操作, 避免芯片与试剂浪费
		5	否	2.4 运行时间: 满足运行时间连续且 $\leq 10\text{min}$
		6	否	2.5 捕获性能: 捕获基因数 >1500

序号	货物名称	指标重要性	评审时是否需要提供证明材料	主要技术指标
8	酶标仪			1. 检测模块
		1	否	1.1 检测原理: 包含紫外/可见光吸收光谱、荧光检测 (包括 FRET)、时间分辨荧光 (包括 TR-FRET)、发光 (快速发光和持续发光, 包括 BRET)

	2	否	1.2 检测模块模式不少于 5 个模式，包括但不限于：终点和动力学检测、连续多激发光检测、连续多发射光检测、比率测定、孔扫描
			2. 光源模块
	3	否	2.1 高能闪烁氙灯，激发波长范围 320nm-1000nm；发射波长范围：360 nm-850 nm
			3. 检测器模块
	4	否	3.1 侧窗型光电倍增管
			4. 滤光模块
	5	否	4.1 滤光片：1 个滤光片轮，激发光和发射光各 6 个滤光片
	6	否	4.2 滤光模块波长范围：270nm-740nm(可拓展 240nm-900nm)；吸收光谱：200-1000nm
	7	否	5. 温度控制范围：（室温 + 2℃）至 65℃
	8	否	6. 模块波长准确性：±1.0 nm

三、商务要求

标的提供的时间 (交货时间)	(1) 序号 1: -80℃自动化存储系统 在合同签订后 (180) 天内完成供货、安装和调试并交付用户单位使用。 (2) 除序号 1: -80℃自动化存储系统外，其他设备 在合同签订后 (45) 天内完成供货、安装和调试并交付用户单位使用。
标的提供的地点	华南理工大学广州国际校区指定地点。
付款方式	预付 40%，剩余部分验收合格后 30 天内一次性付清，每次付款前应由乙方提供等额发票。
履约保证金	不需要
质量保证	1. 供应商按照本项目合同约定向采购人交付合格产品，并保证采购人对交付的产品拥有完全、合法的所有权与处置权。 2. 供应商在交货前应全面、准确地检验产品的质量、规格和数量，保证交付的产品与本项目合同相符、是全新的产品、无任何质量缺陷及隐患，且必须具备制造厂商签发的质量证明书。 3. 供应商应保证交付的产品符合现行适用的相关法律、法规以及相应的国家标准或行业标准，如各标准不一致，以对采购人最有利的标准为准。 4. 供应商应当保证产品的包装符合运输及装卸等要求，足以保护产品在交付采购人前不受锈蚀、损坏或灭失。 5. 供应商应当保证设备的各部件、备品备件、质量合格证、操作使用说明、保修单、发票等必要物品随设备一并交付采购人。设备如需安装后使用，应由供应商在设备送达采购人后一周内安装完毕。
安装、调试要求	1. 中标人必须为采购人提供由货物制造商授权的技术人员现场进行安装

	调试。接到用户到货安装通知后，制造商授权委派的技术人员负责现场安装调试。如需特殊安装条件的，中标人应当发货前与采购人进行场地安装事宜的确认。 2. 中标人应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法，中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录，仪器设备测试结束后，由中标人技术人员签字后交给采购人验收。设备技术指标验收合格，附验收报告、并附消耗材料价格表（如有）。
验收要求	1. 中标人负责将设备运输至交货地点，并支付因此所发生的一切运杂费用，包括但不限于运输费、保险费、装卸费等。 2. 设备抵达交货地点后，采购人就设备质量、规格和数量进行初步检验。如果发现设备的包装损坏、不符合包装要求或设备的质量、型号、规格和数量等与合同不符，采购人有权拒收设备。中标人应在采购人指定的时间内重新向采购人交付设备，如果重新交付的设备仍与合同约定不符，采购人有权解除合同。 3. 中标人认为已经达到验收条件并准备齐验收所需文件后，向采购人提出验收申请，采购人认为中标人满足验收条件后，于 90 天内组织完成验收。 4. 设备验收由采购人聘请专家组和中标人联合在华南理工大学指定地点进行，验收时间由采购人确定。中标人未派员参加的，视为认可验收结果。 5. 设备的验收标准按照本合同及采购文件中列明的技术参数、规格、性能指标等执行。 6. 设备验收合格后，采购人按合同约定向中标人付款，中标人同时承担起设备的售后服务责任。 7. 验收不合格，采购人有权要求中标人重新提供设备，或有权解除合同。中标人应在采购人指定的期限内重新提供设备，并承担因此而发生的全部费用，赔偿由此给采购人造成的损失。
质保期（自验收合格之日起开始计算。）	包组 1 所有设备由货物制造厂商或授权代理供应商提供（ 2 ）年或以上保修服务。 注：各设备质保期中相关的费用包含在投标报价中，采购人不再另行支付。
售后服务	1. 中标人提供的货物必须是原制造商制造的全新产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞，配件齐全，在中国境内可依常规安全合法使用。 2. 质量保证期内，如采购人发现设备存在质量问题或设备出现故障，有权要求中标人进行免费维修或退换，中标人应在采购人指定的期限内完成维修或退换设备，并承担修理、退换的全部费用。在原设备经维修恢复正常

	使用前，或新更换的设备经采购人验收合格前，中标人应向采购人提供主要参数不低于原设备的替代设备并保证其正常运行，以尽量减少采购人的损失。 3. 设备售后服务由非中标人的第三方提供的，中标人应于设备送达采购人时一并向采购人提供有效的、涵盖本合同标的的中标人与第三方的售后服务协议或由第三方给予中标人的售后服务承诺书，承诺书应依据采购文件确定的货物售后服务条款制定。中标人对该第三方的服务承担连带责任，第三方服务达不到本合同要求的，采购人有权要求中标人承担赔偿责任及违约责任。 4. 维护响应：投标人具有售后服务与维修办事处，配备足够的售后服务力量，有专职的工程师，提供专业维修服务和技术服务支持。中标人售后服务响应时间（24 小时热线电话或邮件）：电话响应时间要求 1 小时内，到场响应时间要求 24 个小时内（指从接到报障至到达故障现场的时间）；邮件响应时间要求为 24 小时内。如果仪器设备发生故障，中标人要排查故障并修复至原最终验收指标和性能的要求。 5. 供应商能快捷地提供各相应零配件，消耗性材料的补充服务。中标人需能够及时提供全新备品，一旦设备出现问题保证全新备品能在 24 小时内到现场，48 小时内解决相关问题。 6. 质量保证期满后，如有零部件出现故障，且属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）的，由中标人负责免费更换及维修。 7. 质量保证期满后，应采购人要求，中标人应参考市场价格，向采购人优惠提供必须的零配件，如有约定则以约定为准。于在仪器生命周期内，投标人应承诺质保期外提供优惠的备品备件价格。 8. 培训：提供至少一次现场技术培训，提供技术服务。现场培训内容（包括仪器基本原理、操作使用及日常保养维修等），培训工作直至技术人员能独立操作为止。 9. 技术资料：提供仪器设备的安装、操作手册、维修保养手册等技术文件，及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。
--	---

包组 2：全自动化电泳系统

一、货物清单

序号	设备名称	数量	单位	包组 2 最高限价（元）
1	全自动化电泳系统	1	套	996,000.00

二、技术要求

序号	货物名称	指标重要性	评审时是否需要提供证明材料	主要技术指标
1	全自动化电泳系统			1. 仪器性能部分
		▲	是	1.1、每次可运行 1~96 任意个样品，每个样品成本固定
		▲	是	1.2、配置 8 个或以上电极，可并行检测 8 个或以上样品
		▲	是	1.3、每个样品均在单独的泳道内进行分析，泳道和枪头是一次性耗材，不可重复使用，确保无交叉污染风险
		1	否	1.4、无需人工制胶，操作简单，全自动化流程
		★	否	1.5、无需气泵（空压机）或气源
				2. 配套试剂性能部分
		▲	是	2.1、游离 DNA 分析专用试剂可对 50 – 800 bp 的游离 DNA 进行定量和分子量测定，并检测高分子量 DNA 污染。可检测低至 20 pg/μL 的游离 DNA 样品。
		2	否	2.2、每个样品可获得结果的时间≤2 min，96 个样品可获得结果总时间 ≤90 min
		3	否	2.3、DNA 样品≤2ul、RNA 样品≤2ul，且无需额外搭配非标耗材如 0.1ml 微量管
		4	是	2.4、检测极限浓度为 5pg/ul 的 DNA 样品时，体积≤2ul；检测极限浓度为 100pg/ul 的 RNA 样品时，体积≤2ul
				3. 软件功能部分
		5	否	3.1、可获得 RNA 完整值(或 RNA 完整值当量)与基因组 DNA 完整值（DNA 完整值）
		6	否	3.2、自带分析软件可提供多种数据导出格式，输出电泳图、峰图，显示样本片段大小和浓度。能以 excel、PDF、word、JPG 等形式输出报告。

三、商务要求

标的提供的时间 (交货时间)	国内供货：在合同签订后（45）天内完成供货、安装和调试并交付用户单位使用。 境外供货（可办理免税）：办理免税证明后（90）天内。
标的提供的地点	国内供货：华南理工大学广州国际校区。 境外供货：CIP Guangzhou Airport（广州机场交货价。空运）
付款方式	国内供货：预付 40%，剩余部分验收合格后 30 天内一次性付清，每次付款前应由乙方提供等额发票。 境外供货：开立 Irrevocable 100% L/C at sight（不可撤销即期信用证），80%（不超过 80%）见单即付，20%待甲方验收合格后，凭甲乙双方签字并加盖“华南理工大学仪器设备验收专用章”，且验收结果为“合格”的验收报告付款；
履约保证金	不需要。
质量保证	1. 供应商按照本项目合同约定向采购人交付合格产品，并保证采购人对交付的产品拥有完全、合法的所有权与处置权。 2. 供应商在交货前应全面、准确地检验产品的质量、规格和数量，保证交付的产品与本项目合同相符、是全新的产品、无任何质量缺陷及隐患，且必须具备制造厂商签发的质量证明书。 3. 供应商应保证交付的产品符合现行适用的相关法律、法规以及相应的国家标准或行业标准，如各标准不一致，以对采购人最有利的标准为准。 4. 供应商应当保证产品的包装符合运输及装卸等要求，足以保护产品在交付采购人前不受锈蚀、损坏或灭失。 5. 供应商应当保证设备的各部件、备品备件、质量合格证、操作使用说明、保修单、发票等必要物品随设备一并交付采购人。设备如需安装后使用，应由供应商在设备送达采购人后一周内安装完毕。 6. 设备的进口必须符合中华人民共和国进口商品质量管理有关要求，并提供设备合格资料，保证采购人能够安全、合法使用。（适用于进口设备）
安装、调试要求	1. 中标人必须为采购人提供由货物制造商授权的技术人员现场进行安装调试。接到用户到货安装通知后，制造商授权委派的技术人员负责现场安装调试。如需特殊安装条件的，中标人应当发货前与采购人进行场地安装事宜的确认。 2. 中标人应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法，中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录，仪器设备测试结束后，由中标人技术人员签字后交给采购人验收。设备技术指标验收合格，附验收报告、并附消耗材料价格表（如有）。
验收要求	1. 中标人负责将设备运输至交货地点，并支付因此所发生的一切运杂费用，包括但不限于运输费、保险费、装卸费、出口税费（适用于进口设备）

	等。 2. 设备抵达交货地点后，采购人就设备质量、规格和数量进行初步检验。如果发现设备的包装损坏、不符合包装要求或设备的质量、型号、规格和数量等与合同不符，采购人有权拒收设备。中标人应在采购人指定的时间内重新向采购人交付设备，如果重新交付的设备仍与合同约定不符，采购人有权解除合同。 3. 中标人认为已经达到验收条件并准备齐验收所需文件后，向采购人提出验收申请，采购人认为中标人满足验收条件后，于 90 天内组织完成验收。 4. 设备验收由采购人聘请专家组和中标人联合在华南理工大学指定地点进行，验收时间由采购人确定。中标人未派员参加的，视为认可验收结果。 5. 设备的验收标准按照本合同及采购文件中列明的技术参数、规格、性能指标等执行。 6. 设备验收合格后，采购人按合同约定向中标人付款，中标人同时承担起设备的售后服务责任。 7. 验收不合格，采购人有权要求中标人重新提供设备，或有权解除合同。中标人应在采购人指定的期限内重新提供设备，并承担因此而发生的全部费用，赔偿由此给采购人造成的损失。
质保期（自验收合格之日起开始计算。）	由货物制造厂商或授权代理供应商提供（ 2 ）年或以上保修服务。相关的费用包含在投标报价中，采购人不再另行支付。
售后服务	1. 中标人提供的货物必须是原制造商制造的全新产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞，配件齐全，在中国境内可依常规安全合法使用。 2. 质量保证期内，如采购人发现设备存在质量问题或设备出现故障，有权要求中标人进行免费维修或退换，中标人应在采购人指定的期限内完成维修或退换设备，并承担修理、退换的全部费用。在原设备经维修恢复正常使用前，或新更换的设备经采购人验收合格前，中标人应向采购人提供主要参数不低于原设备的替代设备并保证其正常运行，以尽量减少采购人的损失。 3. 设备售后服务由非中标人的第三方提供的，中标人应于设备送达采购人时一并向采购人提供有效的、涵盖本合同标的的中标人与第三方的售后服务协议或由第三方给予中标人的售后服务承诺书，承诺书应依据采购文件确定的货物售后服务条款制定。中标人对该第三方的服务承担连带责任，第三方服务达不到本合同要求的，采购人有权要求中标人承担赔偿责任及违约责任。 4. 维护响应：投标人具有售后服务与维修办事处，配备足够的售后服务力量，有专职的工程师，提供专业维修服务和技术服务支持。中标人售后服务响应时间（24 小时热线电话或邮件）：电话响应时间要求 1 小时内，到场响应时间要求 24 个小时内（指从接到报障至到达故障现场的时间）；邮件响应时间要求为 24 小时内。如果仪器设备发生故障，中标人要排查

	故障并修复至原最终验收指标和性能的要求。 5. 供应商能快捷地提供各相应零配件，消耗性材料的补充服务。中标人需能够及时提供全新备品，一旦设备出现问题保证全新备品能在 24 小时内到现场，48 小时内解决相关问题。 6. 质量保证期满后，如有零部件出现故障，且属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）的，由中标人负责免费更换及维修。 7. 质量保证期满后，应采购人要求，中标人应参考市场价格，向采购人优惠提供必须的零配件，如有约定则以约定为准。于在仪器生命周期内，投标人应承诺质保期外提供优惠的备品备件价格。 8. 培训:提供至少一次现场技术培训，提供技术服务。现场培训内容（包括仪器基本原理、操作使用及日常保养维修等），培训工作直至技术人员能独立操作为止。 9. 技术资料:提供仪器设备的安装、操作手册、维修保养手册等技术文件，及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。
--	---

包组 3：微观多组学分析设备系统

一、货物清单

序号	货物名称	数量	计量单位	单价最高限价（元）	合计最高限价（元）	是否允许采购进口产品	主要货物	核心产品
1	多组学分析仪	1	台	3,500,000.00	3,500,000.00	否	是	是
2	亚细胞空间原位多组学分析系统（成像分析系统）	1	台	5,200,000.00	5,200,000.00	是	是	是
包组 3 最高限价（元）					8,700,000.00			

二、技术要求

序号	货物名称	指标重要性	评审时是否需要提供证明材料	主要技术指标
1	多组学分析仪	▲	是	1. 样本兼容性：兼容常规 FF 和 FFPE 样本
		▲	是	2. 抗体兼容性：兼容市售商品化的第一抗体
		▲	是	3. 自动化程度：可实现自动化染色拍照
		▲	是	4. 检测靶标数：同一张切片≥6 个
		1	是	5. 检测组织切片通量（6 种蛋白靶标+核染）：≥40 张/周
		2	是	6. 成像方式：循环采集，每轮≤2 个荧光通道
		3	是	7. 图像输出和分析：可适配原厂分析软件或第三方分析软件
		4	是	8. 功能拓展性：可扩展基因测序

序号	货物名称	指标重要性	评审时是否需要提供证明材料	主要技术指标
2	亚细胞空间原位多组学分析	★	是	1. 工作原理：利用循环原位杂交、自动化显微成像技术和微流控系统，可以实现对组织切片原位单细胞分辨率的 RNA 或蛋白质检测

系统(成像分析系统)	1	是	2. 样品类型：可以分析石蜡包埋，新鲜冻存样品，组织芯以及人工培养的细胞四种样品类型
	▲	是	3. 光学系统扫描分辨率 $\leq 200\text{nm}$
	2	是	4. 转录本荧光定位精度： $\leq 50\text{nm}$
	3	是	5. 可原位显示每个细胞中每个基因的每个转录本
	▲	是	6. 大面积组织切片全景分析：可实现一张组织切片高分辨组织原位分析区域 $\geq 300\text{mm}^2$
	4	是	7. 多组学检测能力：同一张组织切片上、同一实验流程中可以同时分析检测 ≥ 400 种基因和 ≥ 20 种蛋白靶点
	▲	是	8. 高靶点人临床样品分析方案，提供针对人的蛋白分析试剂盒，涵盖蛋白靶点数 ≥ 27 种
	▲	是	9. 提供高靶点人临床样品分析方案，针对人的分析试剂盒，涵盖基因靶点数 ≥ 1000 种
	5	是	10. 提供高靶点小鼠样品分析方案，针对小鼠的分析试剂盒，涵盖基因靶点数 ≥ 1000 种
	6	是	11. 高定制靶点：定制方案支持 ≥ 1000 种全定制 RNA 靶点；商品化检测 Panel 添加定制靶点数 ≥ 100
	7	是	12. 荧光探针原位杂交，直接定量 RNA 转录本，不需要反转录，不需要 PCR 扩增，从而实现高检测效率和无偏量化
	▲	是	13. 样品制备支持 $25\text{mm} \times 75\text{mm}$ 普通病理载玻片上机
	8	是	14. 细胞分割方法：包括 1) 细胞膜染色；2) 细胞核染色 (DAPI)，准确定位并分割细胞膜和细胞核边界
	9	是	15. 原位分析系统包含自动生成基因细胞矩阵，进行细胞聚类分析，空间图谱构建，细胞群差异表达分析等

三、商务要求

标的提供的时间 (交货时间)	(1) 多组学分析仪 国内供货：在合同签订后 (45) 天内完成供货、安装和调试并交付用户单位使用。
	(2) 亚细胞空间原位多组学分析系统 (成像分析系统) 国内供货：在合同签订后 (45) 天内完成供货、安装和调试并交付用户单位使用。 境外供货 (可办理免税)：办理免税证明后 (90) 天内
标的提供的地点	(1) 多组学分析仪 国内供货：华南理工大学广州国际校区。
	(2) 亚细胞空间原位多组学分析系统 (成像分析系统) 国内供货：华南理工大学广州国际校区。 境外供货：CIP Guangzhou Airport (广州机场交货价。空运)。
付款方式	(1) 多组学分析仪 国内供货：预付 40%，剩余部分验收合格后 30 天内一次性付清，每次付款前应由乙方提供等额发票。
	(2) 亚细胞空间原位多组学分析系统 (成像分析系统)

	国内供货：预付 40%，剩余部分验收合格后 30 天内一次性付清，每次付款前应由乙方提供等额发票。 境外供货：开立 Irrevocable 100% L/C at sight（不可撤销即期信用证），80%（不超过 80%）见单即付，20%待甲方验收合格后，凭甲乙双方签字并加盖“华南理工大学仪器设备验收专用章”，且验收结果为“合格”的验收报告付款；
履约保证金	不需要。
质量保证	1. 供应商按照本项目合同约定向采购人交付合格产品，并保证采购人对交付的产品拥有完全、合法的所有权与处置权。 2. 供应商在交货前应全面、准确地检验产品的质量、规格和数量，保证交付的产品与本项目合同相符、是全新的产品、无任何质量缺陷及隐患，且必须具备制造厂商签发的质量证明书。 3. 供应商应保证交付的产品符合现行适用的相关法律、法规以及相应的国家标准或行业标准，如各标准不一致，以对采购人最有利的标准为准。 4. 供应商应当保证产品的包装符合运输及装卸等要求，足以保护产品在交付采购人前不受锈蚀、损坏或灭失。 5. 供应商应当保证设备的各部件、备品备件、质量合格证、操作使用说明、保修单、发票等必要物品随设备一并交付采购人。设备如需安装后使用，应由供应商在设备送达采购人后一周内安装完毕。 6. 设备的进口必须符合中华人民共和国进口商品质量管理有关要求，并提供设备合格资料，保证采购人能够安全、合法使用。（适用于进口设备）
安装、调试要求	1. 中标人必须为采购人提供由货物制造商授权的技术人员现场进行安装调试。接到用户到货安装通知后，制造商授权委派的技术人员负责现场安装调试。如需特殊安装条件的，中标人应当发货前与采购人进行场地安装事宜的确认。 2. 中标人应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法，中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录，仪器设备测试结束后，由中标人技术人员签字后交给采购人验收。设备技术指标验收合格，附验收报告、并附消耗材料价格表（如有）。
验收要求	1. 中标人负责将设备运输至交货地点，并支付因此所发生的一切运杂费用，包括但不限于运输费、保险费、装卸费、出口税费（适用于进口设备）等。 2. 设备抵达交货地点后，采购人就设备质量、规格和数量进行初步检验。如果发现设备的包装损坏、不符合包装要求或设备的质量、型号、规格和数量等与合同不符，采购人有权拒收设备。中标人应在采购人指定的时间内重新向采购人交付设备，如果重新交付的设备仍与合同约定不符，采购人有权解除合同。 3. 中标人认为已经达到验收条件并准备齐验收所需文件后，向采购人提出验收申请，采购人认为中标人满足验收条件后，于 90 天内组织完成验收。 4. 设备验收由采购人聘请专家组和中标人联合在华南理工大学指定地点

	进行，验收时间由采购人确定。中标人未派员参加的，视为认可验收结果。 5. 设备的验收标准按照本合同及采购文件中列明的技术参数、规格、性能指标等执行。 6. 设备验收合格后，采购人按合同约定向中标人付款，中标人同时承担起设备的售后服务责任。 7. 验收不合格，采购人有权要求中标人重新提供设备，或有权解除合同。中标人应在采购人指定的期限内重新提供设备，并承担因此而发生的全部费用，赔偿由此给采购人造成的损失。
质保期（自验收合格之日起开始计算。）	（1）多组学分析仪 由货物制造厂商或授权代理供应商提供（2）年或以上保修服务。相关的费用包含在投标报价中，采购人不再另行支付。 （2）亚细胞空间原位多组学分析系统（成像分析系统） 由货物制造厂商或授权代理供应商提供（2）年或以上保修服务。相关的费用包含在投标报价中，采购人不再另行支付。
售后服务	1. 中标人提供的货物必须是原制造商制造的全新产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞，配件齐全，在中国境内可依常规安全合法使用。 2. 质量保证期内，如采购人发现设备存在质量问题或设备出现故障，有权要求中标人进行免费维修或退换，中标人应在采购人指定的期限内完成维修或退换设备，并承担修理、退换的全部费用。在原设备经维修恢复正常使用前，或新更换的设备经采购人验收合格前，中标人应向采购人提供主要参数不低于原设备的替代设备并保证其正常运行，以尽量减少采购人的损失。 3. 设备售后服务由非中标人的第三方提供的，中标人应于设备送达采购人时一并向采购人提供有效的、涵盖本合同标的的中标人与第三方的售后服务协议或由第三方给予中标人的售后服务承诺书，承诺书应依据采购文件确定的货物售后服务条款制定。中标人对该第三方的服务承担连带责任，第三方服务达不到本合同要求的，采购人有权要求中标人承担赔偿责任及违约责任。 4. 维护响应：投标人具有售后服务与维修办事处，配备足够的售后服务力量，有专职的工程师，提供专业维修服务和技术服务支持。中标人售后服务响应时间（24 小时热线电话或邮件）：电话响应时间要求 1 小时内，到场响应时间要求 24 个小时内（指从接到报障至到达故障现场的时间）；邮件响应时间要求为 24 小时内。如果仪器设备发生故障，中标人要排查故障并修复至原最终验收指标和性能的要求。 5. 供应商能快捷地提供各相应零配件，消耗性材料的补充服务。中标人需能够及时提供全新备品，一旦设备出现问题保证全新备品能在 24 小时内到现场，48 小时内解决相关问题。 6. 质量保证期满后，如有零部件出现故障，且属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）的，由中标人负责免费更换及维修。

	7. 质量保证期满后，应采购人要求，中标人应参考市场价格，向采购人优惠提供必须的零配件，如有约定则以约定为准。于在仪器生命周期内，投标人应承诺质保期外提供优惠的备品备件价格。 8. 培训:提供至少一次现场技术培训，提供技术服务。现场培训内容（包括仪器基本原理、操作使用及日常保养维修等），培训工作直至技术人员能独立操作为止。 9. 技术资料:提供仪器设备的安装、操作手册、维修保养手册等技术文件，及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。
--	--

第三部分 评标方法

本项目将按照招标文件第一部分 投标人须知中“六 开标及评标”、“七 确定中标”及本章的规定评标。

一、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。评分标准和评分细则详见后附《评审细则》。

二、评标原则及程序

（一）评标原则

评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（二）评标程序

1. 资格审查

1.1 详见投标人须知 22 条。资格审查表详见本章附件 1。

2. 符合性审查

2.1 详见投标人须知 23 条。符合性审查表详见本章附件 2。

3. 同一品牌产品认定

（1）两家以上投标人提供相同品牌产品参加同一合同项下投标且均通过资格审查、符合性审查的，按一家合格投标人计算。采用最低评标价法的，同品牌投标人中投标报价最低的获得中标人候选人推荐资格，其他同品牌投标按无效投标处理。采用综合评分法的，先对同品牌投标人进行评分，同品牌投标人中评审得分最高的继续参加评审，其他同品牌投标按无效投标处理。综合得分相同时，按下列顺序比较确定：①投标报价（由低到高）。②技术部分得分（由高到低）。③综合得分相同、投标报价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签确定。④法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。

4. 样品及演示

4.1 投标人须知表 11.3 条中要求投标人提供样品或演示的，按照评审细则中载明的评审方法以及评审标准进行评审。（样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知 23 条规定执行）

5. 比较及评价

5.1 评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术综合比较与评价。技术、商务、价格部分分值分配如下：

(适用于包组 1)

评分项目	技术评分	商务评分	价格评分	合 计
权重	58%	12%	30%	100%
分值	58 分	12 分	30 分	100 分

(适用于包组 2)

评分项目	技术评分	商务评分	价格评分	合 计
权重	59%	11%	30%	100%
分值	59 分	11 分	30 分	100 分

(适用于包组 3)

评分项目	技术评分	商务评分	价格评分	合 计
权重	61%	9%	30%	100%
分值	61 分	9 分	30 分	100 分

具体量化打分标准如下：

(1) 技术、商务评分：

评标委员会分别对各投标的技术、商务响应文件中的各项内容进行评议比较，详细对比其技术、商务方案等各种因素方面是否满足招标文件的要求。在技术、商务评审表的相应项各自记名打分。

(2) 技术商务得分统计

①将所有评委的技术评分的算术平均值即为每个有效投标人的技术得分（四舍五入后，精确到 0.01）。

②将所有评委的商务评分的算术平均值即为每个有效投标人的商务得分（四舍五入后，精确到 0.01）。

③将技术得分、商务得分相加得出商务技术得分。

6、价格核准和评分

6.1 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场在评委规定的时间内提供书面说

明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

投标人的书面说明材料包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。

投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：

- （1）拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；
- （2）书面说明不能证明其报价合理性的；
- （3）未在规定时间内递交有效书面说明书的。

6.2 价格的核准

评委先对入围投标人的投标报价进行复核，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

投标报价中对投标标的的主体、关键内容（如核心产品或主要产品等）有漏项、缺项的，其投标无效。除上述规定外，投标人有非主体、非关键内容的缺项、漏项（数量不符合将被视为漏项），均视为报价中已包含相关费用，如中标不得再向采购人收取任何该费用。

对数量的评审，以第二部分《采购需求》所明示数量为准；《采购需求》未明示的，由评标委员会以其专业知识判断，必要时参考投标供应商的澄清文件决定。

对出现以上情况或因明显笔误而需修正任何内容时，均以评委会审定通过方为有效。按

上述修正错误的方法调整后的投标报价，需由投标人加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字确认，投标人不确认的，其投标无效。

6.3 需落实的政府采购政策性规定

6.3.1 对于中小微企业（含监狱企业、符合中小企业划分标准的个体工商户）的相关规定

对于非专门面向中小企业的项目（或者部分面向中小企业项目中的非专门面向中小企业的采购包），在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：

（1）非联合体投标

投标人投标产品/服务全部为小型或微型企业产品/服务时，报价给予 K_1 的价格扣除（ K_1 的取值为 10%），即：评标价 = 修正后的报价 * $(1 - K_1)$ ；

（2）接受分包或联合体投标

若项目接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，且联合体协议或者分包意向协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 K_2 的价格扣除（ K_2 的取值为 4%），即：评标价 = 修正后的报价 * $(1 - K_2)$ ；

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，享受扶持政策。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6.3.2 对于促进残疾人就业政府采购政策的相关规定

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上价格扣除政策

（2）投标文件中必须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见第五部分 投标文件内容及格式），否则不予享受该政策性优惠，并对声明的真实性负责，如《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（3）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.3.3 对于节能产品、环境标志产品的相关规定

（1）本次采购产品在财政部、发展改革委、生态环境部等部门最新发布的《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》的清单范围内优先采购的节能产品、环境标志产品类别，对于具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书的，对节能产品或环境标志产品的价格分别给予 1 % 的价格扣除。（如节能产品在评审表已进行评分，则该产品不再进行此处的价格扣除。）

（2）供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。

(3) 认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

(4) 对属于强制采购的节能产品，节能要求作为实质性响应指标，不再享受评审优惠。

6.4 价格评分

6.4.1 评标委员会对入围的投标人的投标价格进行修正核实。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 价格权重 × 100（精确到 0.01）

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

6.4.2 在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知 24 条内容执行。

7、推荐中标候选人原则

详见第一部分投标人须知第 29 条，报价相同的处理办法如下：

(2) 采用最低评标价法的，报价相同的处理办法如下：

扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环境标志产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会集体研究处理。

(3) 采用综合评分法的，综合得分相同时，按下列顺序比较确定：

① 投标报价（由低到高）。

② 技术部分得分（由高到低）。

③ 综合得分相同、投标报价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签确定。

④ 法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。

三、确定中标人

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。

采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一部分投标人须知第 31 条规定的方式确定中标人。

附件 1：资格审查表

资格审查表（适用于包组 1、包组 2、包组 3）

序号	审查项目	审查内容及要求	
1.	资格审查	具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或者自然人，投标时提交投标人有效的营业执照（事业单位法人证书、其他组织的营业执照或执业许可证、自然人身份证明等有效明文件）复印件。如投标人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件参与本项目投标的，须提供总公司的营业执照复印件及总公司针对本项目授权分公司投标的授权书。	
2.		具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（以投标人在《资格声明函》中的承诺为准）。	
3.		具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（以投标人在《资格声明函》中的承诺为准）	
4.		有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（以投标人在《资格声明函》中的承诺为准）。	
5.		参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（以投标人在《资格声明函》中的承诺为准）	
6.		投标人必须符合法律、行政法规规定的其他条件（以投标人在《资格声明函》中的承诺为准）。	
7.		投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信名单”；不处于“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以代理机构于评标当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，同时对信用信息查询记录进行存档。如相关失信记录已失效或查询不到，则必须出具其信用良好的承诺书原件扫描件）	
8.		投标人应当具备的其他资格条件：①投标人为经营企业的，投标人须具有有效期内《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》或承诺供货前取得《第二类医疗器械经营备案凭证》的承诺函；②投标人为生产厂商的，须具有有效期内《医疗器械生产许可证》。	
9.		本项目不允许联合体投标。不接受中标备选方案。	
10.		已登记报名并获取本项目招标文件的供应商。	
结论		是否通过资格审查 （写“通过”或“不通过”）	
不通过资格审查的原因说明			

备注：资格审查时：

1. 表中每一项符合的打“○”不符合的打“×”。
2. “结论”栏按审查结果通过与否分别写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”结论为“不通过”。

审查人签字：

日期： 年 月 日

附件 2：符合性审查表

符合性审查表（适用于包组 1）

评审内容		投标人 A	投标人 B	投标人 C
符合性检查	投标保证金按招标文件要求提交			
	投标有效期符合招标文件要求			
	投标文件按照 招标文件规定 要求签署、盖 章	投标函		
		法定代表人证明书或法定代表人授权委托书		
		开标一览表		
		分项报价表		
		实质性响应条款一览表		
		投标响应与招标文件差异一览表		
		投标文件有修改的地方已签署或盖章		
	投标报价没有超出最高限价			
	完全满足招标文件中标注“★”的条款			
	项目（包组 1）采购本国货物的， 投标人未提供进口产品			
	未出现有关法律、法规、规章或招标文件规定的属于投标无效的情形			
结论	是否通过符合性审查 （写“通过”或“不通过”）			

符合性审查表（适用于包组 2）

评审内容		投标人 A	投标人 B	投标人 C
符合性检查	投标保证金按招标文件要求提交			
	投标有效期符合招标文件要求			
	投标文件按照 招标文件规定 要求签署、盖 章	投标函		
		法定代表人证明书或法定代表人授权委托书		
		开标一览表		
		分项报价表		
		实质性响应条款一览表		
		投标响应与招标文件差异一览表		
		投标文件有修改的地方已签署或盖章		
	投标报价没有超出最高限价			
	完全满足招标文件中标注“★”的条款			
	未出现有关法律、法规、规章或招标文件规定的属于投标无效的情形			
结论	是否通过符合性审查 (写“通过”或“不通过”)			

备注：评标委员会审查时：

1. 每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”。2. “结论”栏按审查结果通过与否分别写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”结论为“不通过”。

3. 结论汇总意见采取少数服从多数原则，即超过半数评委的结论为“通过”，则该投标人通过符合性检查，否则不通过。

符合性审查表（适用于包组 3）

评审内容		投标人 A	投标人 B	投标人 C
符合性检查	投标保证金按招标文件要求提交			
	投标有效期符合招标文件要求			
	投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章	投标函		
		法定代表人证明书或法定代表人授权委托书		
		开标一览表		
		分项报价表		
		实质性响应条款一览表		
		投标响应与招标文件差异一览表		
		投标文件有修改的地方已签署或盖章		
	投标报价没有超出最高限价			
	完全满足招标文件中标注“★”的条款			
	项目（包组 3）采购本国货物的， 投标人未提供进口产品			
	未出现有关法律、法规、规章或招标文件规定的属于投标无效的情形			
结论	是否通过符合性审查 (写“通过”或“不通过”)			

附件 3：技术评审表

包组 1-技术评审表

序号	评分因素	权重	评分准则
1	重要技术参数的响应情况	35	对采购需求技术指标中标注“▲”的重要技术参数的响应情况进行评审：（共 26 项，最高分 35 分） 1、除序号 4：时空自动化样本处理系统“1.3 物种兼容性”、序号 6：高通量液滴微流控筛选平台“4. 功能集成要求 4.1”外，其他标注“▲”的重要技术参数（共 24 项）每项最高分 1.25 分，响应为“完全响应”或“正偏离”的，该项得 1.25 分。响应为“负偏离”的，该项不得分。 本小项最高得 30 分。 2、序号 4：时空自动化样本处理系统“1.3 物种兼容性”根据所投产品的物种兼容性：至少支持人和小鼠样本（兼容其他物种更佳）综合评审： ①满足支持全物种样本，得 3.5 分； ②满足（含支持人和小鼠样本）>6 个物种，得 2.5 分； ③满足含支持人和小鼠样本，得 1.5 分； ④未提供或其他不符合评审要求的情况，得 0 分。 本小项最高得 3.5 分。 3、序号 6：高通量液滴微流控筛选平台“4. 功能集成要求 4.1” 根据所投产品的流程自动化综合评审： ①满足一体化设备全流程自动化操作，得 1.5 分； ②满足支持部分流程自动化操作，得 1 分； ③未提供或其他不符合评审要求的情况，得 0 分 本小项最高得 1.5 分。 【注：①采购需求书中“评审时是否需要提供证明材料”中明确“是”，需提供有技术参数的产品彩页或产品说明书或货物制造商官方公开的技术文件或货物制造商针对本项目开具的技术参数确认文件作为证明材料，如证明材料为外文的，需翻译成中文。如采购需求书中有明确提供的证明资料，则以采购需求书中要求的为准。 ②如采购需求书中“评审时是否需要提供证明材料”中明确为“否”的，以投标人《投标响应与招标文件差异一览表》的响应情况为准。 ③不按要求提供不得分。】

2	一般技术参数的响应情况	7.5	对采购需求技术指标中未标注“★”或“▲”的一般技术参数的响应情况进行评审：（共 75 项，最高分 7.5 分） 未标注“★”或“▲”的一般技术参数每项最高分值 0.1 分，响应为“完全响应”或“正偏离”的，该项得 0.1 分。响应为“负偏离”的，该项不得分。 【注：①采购需求书中“评审时是否需要提供证明材料”中明确“是”，需提供有技术参数的产品彩页或产品说明书或货物制造商官方公开的技术文件或货物制造商针对本项目开具的技术参数确认文件作为证明材料，如证明材料为外文的，需翻译成中文。如采购需求书中有明确提供的证明资料，则以采购需求书中要求的为准。 ②如采购需求书中“评审时是否需要提供证明材料”中明确为“否”的，以投标人《投标响应与招标文件差异一览表》的响应情况为准。 ③不按要求提供不得分。】
3	设备交付与安装调试方案	4.5	投标人根据本项目要求提供符合资质要求的设备安装基础配套环境服务方案、设备交付与安装调试方案（内容包括但不限于：应充分利用现有场地建设设施，满足设备使用环境、设备交付和安装计划、安装调试人员安排、安装调试流程、调试重点等内容）进行评审： ①提供的方案涵盖以上内容且详细具体，整个方案安排合理，流程清晰，设备安装基础配套环境服务方案完善，交付与安装调试操作有保障，完全符合学校交付与安装调试要求，得 4.5 分； ②提供的方案涵盖以上内容但简单，整个方案安排与流程基本合理，设备安装基础配套环境服务方案满足基本要求，交付与安装调试操作具有一定可行性，基本符合学校交付与安装调试的要求，得 2.5 分； ③提供的方案未涵盖以上内容，未包括设备安装基础配套环境服务方案，交付与安装调试安排不清晰，实施操作上存在风险，未按学校交付与安装调试要求拟写的，得 1 分。 ④不提供交付与安装调试方案或不能满足采购人的需求，得 0 分。
4	质量保证措施	3	针对投标人提供的货物和项目执行过程中的质量保证措施（包括但不限于：详细的质量保证措施及质量保障计划等内容）进行综合评审： ①质量保证措施全面具体，质量保障计划详细可行，得 3 分； ②质量保证措施基本全面，质量保障计划基本可行，得 2 分； ③质量保证措施不够全面，质量保障计划欠缺可行性，得 1 分； ④未提供或其他情况，得 0 分。

5	培训方案	3	根据投标人提供的培训方案（包括但不限于：培训目标、师资力量、培训内容、培训计划及培训资料等内容）进行综合评审： ①培训方案详细完整、切合实际，培训计划、技术培训人员的现场培训安排合理，为培训提供详实的资料，对系统的安装、调试运行以及突发情况的应急维修均有详细培训手册，完全满足学校实际的培训需求，协助学校技术人员能独立操作为止的，得 3 分； ②仅对需求中的设备安装调试、调试运行、维护及检修提供简单的技术培训，方案合理可行，培训计划及现场培训安排基本合理，具有可操作性，能满足学校实际的需求，确保培训无障碍，得 2 分 ③技术培训方案简单不具体、内容较为粗略，培训计划及现场培训安排部分缺乏可操作性，基本上能满足学校实际的需求，得 1 分 ④不提供技术培训方案或不能满足采购人的需求，得 0 分。
6	售后服务能力（1）	3	售后服务方案：针对投标人提供的售后服务方案（包括但不限于售后内容、售后服务计划及人员支持、应急保障措施等）进行综合评审： ①售后服务内容全面、售后服务计划及人员支持安排合理、应急保障措施具有针对性，维护响应时间完全满足要求，得 3 分； ②售后服务内容基本全面、售后服务计划及人员支持安排基本合理、具有应急保障措施，维护响应时间基本满足要求，得 2 分； ③售后服务内容不够全面、售后服务计划及人员支持安排不够合理、应急保障措施欠缺针对性，得 1 分； ④未提供或其他情况，得 0 分。
7	售后服务能力（2）	2	根据投标人承诺的在仪器生命周期内，质保期外，提供上门服务费及维修人工费优惠情况进行评分： ①承诺免收取上门服务费及维修人工费，得 2 分； ②承诺上门服务费及维修人工费可提供固定折扣优惠或固定优惠价格（需明确具体的折扣或价格），得 1 分； ③未提供或承诺的上门服务费及维修人工费无法提供优惠，得 0 分； 注：须提供投标人盖章的承诺函（格式自拟）。
合计		58 分	

包组 2-技术评审表

序号	评分因素	权重	评分准则
1	重要技术参数的响应情况	22	对采购需求技术指标中标注“▲”的重要技术参数的响应情况进行评审：（共 4 项，最高分 22 分） 标注“▲”的重要技术参数每项最高分值 5.5 分，响应为“完全响应”或“正偏离”的，该项得 5.5 分。响应为“负偏离”的，该项不得分。 【注：①采购需求书中“评审时是否需要提供证明材料”中明确“是”，需提供有技术参数的产品彩页或产品说明书或货物制造商官方公开的技术文件或货物制造商针对本项目开具的技术参数确认文件作为证明材料，如证明材料为外文的，需翻译成中文。如采购需求书中有明确提供的证明资料，则以采购需求书中要求的为准。 ②如采购需求书中“评审时是否需要提供证明材料”中明确为“否”的，以投标人《投标响应与招标文件差异一览表》的响应情况为准。 ③不按要求提供不得分。】
2	一般技术参数的响应情况	12	对采购需求技术指标中未标注“★”或“▲”的一般技术参数的响应情况进行评审：（共 6 项，最高分 12 分） 未标注“★”或“▲”的一般技术参数每项最高分值 2 分，响应为“完全响应”或“正偏离”的，该项得 2 分。响应为“负偏离”的，该项不得分。 【注：如采购需求有要求提供证明材料的，则以采购需求要求的为准。否则以投标人《投标响应与招标文件差异一览表》的响应情况为准。】
3	设备交付与安装调试方案	5	投标人根据本项目要求提供设备交付与安装调试方案（内容包括但不限于：设备交付和安装计划、安装调试人员安排、安装调试流程、调试重点等内容）进行评审： ①提供的方案涵盖以上内容且详细具体，整个方案安排合理，流程清晰，交付与安装调试操作有保障，完全符合学校交付与安装调试要求，得 5 分； ②提供的方案涵盖以上内容但简单，整个方案安排与流程基本合理，交付与安装调试操作具有一定可行性，基本符合学校交付与安装调试的要求，得 3 分； ③提供的方案未涵盖以上内容，交付与安装调试安排不清晰，实施操作上存在风险，未按学校交付与安装调试要求拟写的，得 1 分。 ④不提供交付与安装调试方案或不能满足采购人的需求，得 0 分。

4	质量保证措施	5	针对投标人提供的货物和项目执行过程中的质量保证措施（包括但不限于：详细的质量保证措施及质量保障计划等内容）进行综合评审： ①质量保证措施全面具体，质量保障计划详细可行，得 5 分； ②质量保证措施基本全面，质量保障计划基本可行，得 3 分； ③质量保证措施不够全面，质量保障计划欠缺可行性，得 1 分； ④未提供或其他情况，得 0 分。
5	培训方案	5	根据投标人提供的培训方案（包括但不限于：培训目标、师资力量、培训内容、培训计划及培训资料等内容）进行综合评审，： ①培训方案详细完整、切合实际，培训计划、技术培训人员的现场培训安排合理，为培训提供详实的资料，对系统的安装、调试运行以及突发情况的应急维修均有详细培训手册，完全满足学校实际的培训需求，协助学校技术人员能独立操作为止的，得 5 分； ②仅对需求中的设备安装调试、调试运行、维护及检修提供简单的技术培训，方案合理可行，培训计划及现场培训安排基本合理，具有可操作性，能满足学校实际的需求，确保培训无障碍，得 3 分 ③技术培训方案简单不具体、内容较为粗略，培训计划及现场培训安排部分缺乏可操作性，基本上能满足学校实际的需求，得 1 分 ④不提供技术培训方案或不能满足采购人的需求，得 0 分。
6	售后服务能力（1）	6	售后服务方案：针对投标人提供的售后服务方案（包括但不限于售后内容、售后服务计划及人员支持、应急保障措施等）进行综合评审： ①售后服务内容全面、售后服务计划及人员支持安排合理、应急保障措施具有针对性，维护响应时间完全满足要求，得 6 分； ②售后服务内容基本全面、售后服务计划及人员支持安排基本合理、具有应急保障措施，维护响应时间基本满足要求，得 4 分； ③售后服务内容不够全面、售后服务计划及人员支持安排不够合理、应急保障措施欠缺针对性，得 2 分； ④未提供或其他情况，得 0 分。

7	售后服务能力（2）	2	根据投标人承诺的在仪器生命周期内，质保期外，提供上门服务费及维修费优惠情况进行评分： ①承诺免收取上门服务费及维修人工费，得 2 分； ②承诺上门服务费及维修人工费可提供固定折扣优惠或固定优惠价格（需明确具体的折扣或价格），得 1 分； ③未提供或承诺的上门服务费及维修人工费无法提供优惠，得 0 分； 注：须提供<u>投标人</u>盖章的承诺函（格式自拟）。
8	售后服务能力（3）	2	根据投标人承诺的在仪器生命周期内，质保期外，维修时提供备件的价格优惠情况进行评分： ①承诺备件的价格折扣率不高于 <u>80%</u>，得 2 分； ②承诺备件的价格折扣率不高于 <u>90%</u>，得 1 分； ③承诺备件的价格折扣率不高于 <u>95%</u>，得 0.5 分； ④未提供或其他情况，得 0 分。 注：须提供<u>投标人</u>盖章的承诺函（格式自拟）。
合计		59 分	

包组 3-技术评审表

序号	评分因素	权重	评分准则
1	重要技术参数的响应情况	32	对采购需求技术指标中标注“▲”的重要技术参数的响应情况进行评审：（共 9 项，最高分 32 分） 1、除序号 1：多组学分析仪“4. 检测靶标数”、序号 2：亚细胞空间原位多组学分析系统（成像分析系统）“9. 提供高靶点人临床样品分析方案”外，其他标注“▲”的重要技术参数（共 7 项）每项最高分 3 分，响应为“完全响应”或“正偏离”的，该项得 3 分。响应为“负偏离”的，该项不得分。本小项最高得 21 分。 2、序号 1：多组学分析仪“4. 检测靶标数” 根据所投产品的在同一张切片检测靶标数综合评审： ①检测靶标数为≥ 20 个，得 4.5 分 ②检测靶标数为 11-19 个（含本数），得 3 分 ③检测靶标数为 6-10 个（含本数），得 2 分 ④未提供或其他不符合评审要求的情况，得 0 分 本小项最高得 4.5 分。 3、序号 2：亚细胞空间原位多组学分析系统（成像分析系统） “9. 提供高靶点人临床样品分析方案” 根据所投产品的针对人的泛组织分析试剂盒，涵盖基因靶点数综合评审： ①满足≥ 18000 种，得 6.5 分； ②满足 15000 种（含）-18000 种（不含），得 5 分； ③满足 10000 种（含）-15000 种（不含），得 3.5 分； ④满足 6000 种（含）-10000 种（不含），得 2.5 分 ⑤满足 1000 种（含）-6000 种（不含），得 2 分 未提供或其他不符合评审要求的情况，得 0 分 本小项最高得 6.5 分。 【注：①采购需求书中“评审时是否需要提供证明材料”中明确为“是”，需提供有技术参数的产品彩页或产品说明书或货物制造商官方公开的技术文件或货物制造商针对本项目开具的技术参数确认文件作为证明材料，如证明材料为外文的，需翻译成中文。如采购需求书中有明确提供的证明材料，则以采购需求书中要求的为准。 ②如采购需求书中“评审时是否需要提供证明材料”中明确为“否”的，以投标人《投标响应与招标文件差异一览表》的响应情况为准。 ③不按要求提供不得分。】

2	一般技术参数的响应情况	13	对采购需求技术指标中未标注“★”或“▲”的一般技术参数的响应情况进行评审：（共13项，最高分13分） 未标注“★”或“▲”的一般技术参数每项最高分值1分，响应为“完全响应”或“正偏离”的，该项得1分。响应为“负偏离”的，该项不得分。 【注：①采购需求书中“评审时是否需要提供证明材料”中明确为“是”，需提供有技术参数的产品彩页或产品说明书或货物制造商官方公开的技术文件或货物制造商针对本项目开具的技术参数确认文件作为证明材料，如证明材料为外文的，需翻译成中文。如采购需求书中有明确提供的证明资料，则以采购需求书中要求的为准。 ②如采购需求书中“评审时是否需要提供证明材料”中明确为“否”的，以投标人《投标响应与招标文件差异一览表》的响应情况为准。 ③不按要求提供不得分。】
3	设备交付与安装调试方案	3	投标人根据本项目要求提供设备交付与安装调试方案（包括但不限于：设备交付和安装计划、安装调试人员安排、安装调试流程、调试重点等内容）进行评审： ①提供的方案涵盖以上内容且详细具体，整个方案安排合理，流程清晰，交付与安装调试操作有保障，完全符合学校交付与安装调试要求，得3分； ②提供的方案涵盖以上内容但简单，整个方案安排与流程基本合理，交付与安装调试操作具有一定可行性，基本符合学校交付与安装调试的要求，得2分； ③提供的方案未涵盖以上内容，交付与安装调试安排不清晰，实施操作上存在风险，未按学校交付与安装调试要求拟写的，得1分。 ④不提供交付与安装调试方案或不能满足采购人的需求，得0分。
4	质量保证措施	5	针对投标人提供的货物和项目执行过程中的质量保证措施（包括但不限于：详细的质量保证措施及质量保障计划等内容）进行综合评审： ①质量保证措施全面具体，质量保障计划详细可行，得5分； ②质量保证措施基本全面，质量保障计划基本可行，得3分； ③质量保证措施不够全面，质量保障计划欠缺可行性，得1分； ④未提供或其他情况，得0分。
5	培训方案	3	根据投标人提供的培训方案（包括但不限于：培训目标、师资力量、培训内容、培训计划及培训资料等内容）进行综合评审，： ①培训方案详细完整、切合实际，培训计划、技术培训人员

			的现场培训安排合理，为培训提供详实的资料，对系统的安装、调试运行以及突发情况的应急维修均有详细培训手册，完全满足学校实际的培训需求，协助学校技术人员能独立操作为止的，得 3 分； ②仅对需求中的设备安装调试、调试运行、维护及检修提供简单的技术培训，方案合理可行，培训计划及现场培训安排基本合理，具有可操作性，能满足学校实际的需求，确保培训无障碍，得 2 分 ③技术培训方案简单不具体、内容较为粗略，培训计划及现场培训安排部分缺乏可操作性，基本上能满足学校实际的需求，得 1 分 ④不提供技术培训方案或不能满足采购人的需求，得 0 分。
6	售后服务能力（1）	3	售后服务方案：针对投标人提供的售后服务方案（包括但不限于售后内容、售后服务计划及人员支持、应急保障措施等）进行综合评审： ①售后服务内容全面、售后服务计划及人员支持安排合理、应急保障措施具有针对性，维护响应时间完全满足要求，得 3 分； ②售后服务内容基本全面、售后服务计划及人员支持安排基本合理、具有应急保障措施，维护响应时间基本满足要求，得 2 分； ③售后服务内容不够全面、售后服务计划及人员支持安排不够合理、应急保障措施欠缺针对性，得 1 分； ④未提供或其他情况，得 0 分。
7	售后服务能力（2）	1	根据投标人承诺的在仪器生命周期内，质保期外，提供上门服务费及维修人工费优惠情况进行评分： ①承诺免收取上门服务费及维修人工费，得 1 分； ②承诺上门服务费及维修人工费可提供固定折扣优惠或固定优惠价格（需明确具体的折扣或价格），得 0.5 分； ③未提供或承诺的上门服务费及维修人工费无法提供优惠，得 0 分； 注：须提供投标人盖章的承诺函（格式自拟）。
8	售后服务能力（3）	1	根据投标人承诺的在仪器生命周期内，质保期外，维修时提供备件的价格优惠情况进行评分： ①承诺备件的价格折扣率不高于 <u>80%</u>，得 1 分； ②承诺备件的价格折扣率不高于 <u>90%</u>，得 0.5 分； ③未提供或其他情况，得 0 分。 注：须提供投标人盖章的承诺函（格式自拟）。
合计		61 分	

附件 4：商务评审表

包组 1-商务评审表

序号	评分因素	权重	评分准则
1	同类项目业绩	8	1、投标人或制造商（或其代理）自 2022 年 1 月 1 日以来具有与所投产品（-80℃自动化存储系统）同品牌同类型的供货业绩，每提供一个业绩得 1.6 分，本小项最高得 3.2 分。 2、投标人或制造商（或其代理）自 2022 年 1 月 1 日以来具有与所投产品（时空自动化样本处理系统）同品牌同类型的供货业绩，每提供一个业绩得 1.6 分，本小项最高得 4.8 分。 本项最高得 8 分。 注：（1）需提供同类项目业绩合同关键页复印件及对应合同的验收证明材料复印件，合同关键页内容须包含采购内容产品品牌、甲乙双方签字盖章等，时间以合同签订时间为准。如上述材料不能体现关键评审因素的，须同时提供业主单位（合同甲方）盖章的材料加以证明，否则不予认可。 （2）如同一份符合要求的有效供货业绩证明，同时具有上述两个产品，该份合同可重复计算对应得分。 （3）合同关键信息不完整或提供材料不满足要求或不提供，不得分。
2	质保期	4	投标人承诺的质保期满足招标文件要求（2 年）得 2 分，在此基础上每增加 0.5 年，得 1 分，增加不足 0.5 年的不得分，本项最高得 4 分。 注：提供投标人的质保期承诺函并明确具体的质保期限，未按要求提供不得分，承诺函格式自拟。
合计		12 分	

包组 2-商务评审表

序号	评分因素	权重	评分准则
1	交货期	2	①投标人承诺的交货时间优于招标文件要求的交货时间早 10 天，得 2 分； ②投标人承诺的交货时间满足招标文件要求的，得 1 分； ③未提供或其他情况，得 0 分。
2	同类项目业绩	6	投标人或制造商（或其代理）自 2022 年 1 月 1 日以来具有与所投产品（全自动化电泳系统）同品牌同类型的供货业绩，每提供一个业绩得 2 分，最高得 6 分。 注：（1）需提供同类项目业绩合同关键页复印件，合同关键页内容须包含采购内容、产品品牌、甲乙双方签字盖章等，时间以合同签订时间为准。如上述材料不能体现关键评审因素的，须同时提供业主单位（合同甲方）盖章的材料加以证明，否则不予认可。 （2）合同关键信息不完整或提供材料不满足要求或不提供，不得分。
3	质保期	3	投标人承诺的质保期满足招标文件要求（2 年）得 1 分，在此基础每增加 0.5 年，得 1 分，增加不足 0.5 年的不得分，本项最高得 3 分。 注：提供投标人的质保期承诺函并明确具体的质保期限，未按要求提供不得分，承诺函格式自拟。
合计		11 分	

包组 3-商务评审表

序号	评分因素	权重	评分准则
1	交货期	2	①投标人承诺的交货时间优于招标文件要求的交货时间早 10 天，得 2 分； ②投标人承诺的交货时间满足招标文件要求的，得 1 分； ③未提供或其他情况，得 0 分。 注：同一个包组中含有多种设备的，每一种设备的交货时间均优于招标文件要求，才计作“优于”
2	同类项目业绩	4	投标人或制造商（或其代理）自 2022 年 1 月 1 日以来具有与所投产品（多组学分析仪、亚细胞空间原位多组学分析系统（成像分析系统））同品牌同类型的供货业绩，上述产品每提供一个业绩得 2 分，一个产品同类业绩最高得 2 分。 本项最高得 4 分。 注：（1）需提供同类项目业绩合同关键页复印件，合同关键页内容须包含采购内容产品品牌、甲乙双方签字盖章等，时间以合同签订时间为准。如上述材料不能体现关键评审因素的，须同时提供业主单位（合同甲方）盖章的材料加以证明，否则不予认可。 （2）如同一份符合要求的有效供货业绩证明，同时具有上述两个产品，该份合同可重复计算对应得分。 （3）合同关键信息不完整或提供材料不满足要求或不提供，不得分。
3	质保期	3	投标人承诺的质保期满足招标文件要求的基础（2 年）得 1 分，在此基础上每增加 0.5 年，得 1 分，增加不足 0.5 年的不得分，最高得 3 分。 注：提供投标人的质保期承诺函并明确具体的质保期限，未按要求提供不得分，承诺函格式自拟。
合计		9 分	

附件 5：价格评审表

价格评审表（适用于包组 1、包组 2、包组 3）

序号	评审项目	权重	评议内容
1	价格	30 分	评标委员会对入围的投标人的投标价格进行修正核实。 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 价格权重 × 100（精确到 0.01） 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

第四部分 拟签订的合同文本

华南理工大学仪器设备（国产）购置合同

华南理工大学仪器设备（进口）购置合同

（适用于包组 1、包组 2、包组 3）

华南理工大学仪器设备（国产）购置合同

合同编号：

甲方（买方）：华南理工大学

签订地点：华南理工大学

乙方（卖方）：

签订日期： 年 月 日

甲乙双方在平等自愿基础上，经协商一致，签订本合同。

一、合同设备

1. 设备名称：_____。
2. 设备明细：设备及配件的名称、数量、品牌、型号、规格、参数等详见附件 1。
3. 交货地点、时间：见附件 1。

二、合同总价

1. 合同总价是到货含税价，包括：本合同所有设备和随机附件的制造或采购、包装、税费、运输、装卸、保险以及技术服务（包括技术资料、图纸的提供）以及有关安装、培训、调试、验收、质保期保障、售后服务、强制性第三方监督检验机构验收检验费等全部费用。

本合同总价为（人民币）：_____元整（¥_____）。

2. 除本合同总价外，甲方无需支付任何额外费用和承担任何额外义务。

三、付款方式

1. 从以下三种付款方式中选择其一：
 - A. 预付 30%，剩余部分验收合格后 30 天内一次性付清，每次付款前应由乙方提供等额发票；
 - B. 预付 40%，剩余部分验收合格后 30 天内一次性付清，每次付款前应由乙方提供等额发票；
 - C. 验收合格后双方签字盖章，凭发票 30 天内一次性付清。

选择采用 B 付款方式。

2. 乙方收款信息见本合同尾页，乙方不得更换收款人或收款账户。

四、质量保证

1. 乙方按照本合同约定向甲方交付合格设备，并保证甲方对交付的设备拥有完全、合法的所有权与处置权。
2. 乙方在交货前应全面、准确地检验设备的质量、规格和数量，保证交付的设备与合同相符、是全新的产品、无任何质量缺陷及隐患，且必须具备制造厂商签发的质量证明书。

3. 乙方应保证交付的设备符合现行适用的相关法律、法规以及相应的国家标准或行业标准，如各标准不一致，以对甲方最有利的标准为准。

4. 乙方应当保证设备的包装符合运输及装卸等要求，足以保护设备在交付甲方前不受锈蚀、损坏或灭失。具体包装要求详见附件 1。

5. 乙方应当保证设备的各部件、备品备件、质量合格证、操作使用说明、保修单、发票等必要物品随设备一并交付甲方。设备如需安装后使用，应由乙方在设备送达甲方后一周内安装完毕。

五、知识产权

1. 乙方保证其交付的设备无任何专利权、著作权、商标权及其他知识产权方面的限制，不侵犯任何专利、商标、企业或贸易名称、版权、肖像权、技术秘密、商业秘密或其他任何权益。

2. 甲方使用该设备或设备的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其著作权、专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担因此给甲方造成的一切损失（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、交通费、差旅费、鉴定费等），且甲方有权暂停向乙方支付合同款项，直至纠纷处理完毕。

3. 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

六、检验和验收

1. 乙方负责将设备运输至交货地点，并支付因此所发生的一切运杂费用，包括但不限于运输费、保险费、装卸费等。

2. 设备抵达交货地点后，甲方就设备质量、规格和数量进行初步检验。如果发现设备的包装损坏、不符合包装要求或设备的质量、型号、规格和数量等与合同不符，甲方有权拒收设备。乙方应在甲方指定的时间内重新向甲方交付设备，如果重新交付的设备仍与合同约定不符，甲方有权解除合同。

3. 乙方认为已经达到验收条件并准备齐验收所需文件后，向甲方提出验收申请，甲方认为乙方满足验收条件后，于 90 天内组织完成验收。

4. 设备验收由甲方聘请专家组和乙方联合在华南理工大学指定地点进行，验收时间由甲方确定。乙方未派员参加的，视为认可验收结果。

5. 设备的验收标准按照本合同及采购文件中列明的技术参数、规格、性能指标等执行。

6. 设备验收合格后，甲方按合同约定向乙方付款，乙方同时承担起设备的售后服务责任。

7. 验收不合格，甲方有权要求乙方重新提供设备，或有权解除合同。乙方应在甲方指定的期限内重新提供设备，并承担因此而发生的全部费用，赔偿由此给甲方造成的损失。

七、售后服务

1. 合同设备的质量保证期从合同设备经甲方验收合格之日起计算，乙方按照合同约定履行质保服务责任，服务内容详见附件 2。

2. 质量保证期内，如甲方发现设备存在质量问题或设备出现故障，有权要求乙方进行免费维修或退换，乙方应在甲方指定的期限内完成维修或退换设备，并承担修理、退换的全部费用。在原设备经维修恢复正常使用前，或新更换的设备经甲方验收合格前，乙方应向甲方提供主要参数不低于原设备的替代设备并保证其正常运行，以尽量减少甲方的损失。

3. 设备售后服务由非乙方的第三方提供的，乙方应于设备送达甲方时一并向甲方提供有效的、涵盖本合同标的的乙方与第三方间的售后服务协议或由第三方给予乙方的售后服务承诺书，承诺书应依据采购文件确定的货物售后服务条款制定。乙方对该第三方的服务承担连带责任，第三方服务达不到本合同要求的，甲方有权要求乙方承担赔偿责任及违约责任。

4. 质量保证期满后，如有零部件出现故障，且属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）的，由乙方负责免费更换及维修。

5. 质量保证期满后，应甲方要求，乙方应参考市场价格，向甲方优惠提供必须的零配件，如有约定则以约定为准。

八、风险承担

1. 在设备验收合格前，设备毁损、灭失的风险由乙方承担，验收合格后由甲方承担。

2. 甲方因设备不符合合同约定而拒绝接收设备或解除合同的，设备毁损、灭失的风险由乙方承担。

3. 在乙方承担设备毁损、灭失风险期间，如设备毁损或灭失，乙方应于甲方指定的时间内重新提供符合合同约定的设备，否则，视为乙方逾期交货。

4. 在甲方承担设备毁损、灭失风险期间，不影响乙方按本合同约定履行其他义务，否则甲方有追究其违约责任的权利。

九、违约责任

1. 乙方逾期交货，每逾期一天应向甲方支付合同总价千分之五的违约金。甲方有权直接从应付给乙方的合同款项中扣除该违约金，直至乙方交付合同设备为止。

2. 甲方无故逾期付款，经乙方催告后无正当理由且仍不支付的，每逾期一天应向乙方支付当期应付未付合同款项万分之五的违约金，但总额不超过合同总价的 5%。

3. 如乙方未按合同提供保修服务，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和维修服务，由此造成的包括但不限于第三方维保费用、甲方其他经济损失等均由乙方承担。

4. 有以下情形之一，甲方有权解除合同：

（1）乙方交付的设备侵犯他人知识产权、肖像权、技术秘密、商业秘密或其他权益的；

（2）乙方不按合同约定履行义务，经甲方提出后，在合理期限内仍不改正的；

（3）未经甲方书面同意，乙方将本合同项下的权利或义务部分或全部转让，或将本合同项下服务转包或分包的；

（4）乙方逾期交货超过 30 日的；

（5）设备验收不合格，或设备经维修、退换后仍无法正常使用的，或设备虽可正常使

用但无法达到本合同约定的参数及要求的；

(6) 法律法规规定或本合同约定的其他合同解除情形或乙方有其他严重违约情形的。

如有以上情形，且甲方要求解除合同，自甲方发出书面解除通知书的第二日起，本合同即告解除，甲方不承担违约责任或赔偿责任，因合同解除而发生的费用由乙方承担。乙方应在合同解除之日起的 3 日内，一次性退还甲方已支付的所有款项，并按合同总金额的 30% 向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、交通费、差旅费、鉴定费等），乙方应另行赔偿。

5. 如因乙方交付的设备存在质量问题而导致甲方或第三人财产或人身受到损害的，乙方应承担对甲方或第三人的赔偿责任。

6. 如果甲乙双方发生争议，需要对设备进行复检或鉴定的，由甲方所在地商检部门或甲方指定的有资质的第三方进行复检。检验结果表明设备不符合合同约定的，因复检、鉴定发生的费用由乙方承担，且乙方应根据检验结果赔偿由此给甲方带来的损失。

十、其它事宜

1. 双方应保守因签订和履行本合同而获取的对方的商业及技术秘密，包括合同文本、相关技术文件和数据，以及其他有关信息。因任何一方违反保密约定而给对方造成损失的，违约方应赔偿对方损失。本保密条款不因合同终止而终止。

2. 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务。

3. 本合同共有 份附件，附件是合同的组成部分，与合同具有同等效力。若附件与合同正文有任何不一致，以合同正文为准。

4. 本合同自签订（甲乙双方授权代表共同签字、盖章）之日起生效，合同书共一式 5 份，甲方持 4 份，乙方持 1 份，均为正本，具有同等法律效力。

5. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。如需对本合同及其附件作修改或补充，双方应签订补充合同，如补充合同与本合同存在不一致之处，以补充合同为准。

6. 如有本合同未涉及事项，下列文件与本合同互为补充和解释，且优先适用排序如下：
（1）本合同的补充合同；（2）投标文件或响应文件及其附件；（3）采购文件（含补充、修正、澄清文件、答疑纪要及说明等）；（4）标准、规范及有关技术文件；（5）甲方的各项规章制度。

7. 如本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成时，向甲方所在地人民法院起诉。诉讼过程中，除双方有争议的部分外，本合同其他部分仍然有效，双方应继续履行。

附件：

1. 设备清单及相关约定；
2. 保修服务表。

（本页无正文，为《华南理工大学仪器设备（国产）购置合同》的签署页，采购设备名称：_____）

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

甲方授权代表（签字）：

乙方授权代表（签字）：

联系人：

联系人：

电话：

电话：

传真：

传真：

电子邮箱：

电子邮箱：

地址：

地址：

邮政编码：

邮政编码：

开户银行：

开户银行：

开户账号：

开户账号：

收款银行：

收款账户：

附件 1:

设备清单及相关约定

序号	设备及配件名称	品牌/型号/规格	产地/厂家	主要技术参数	数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注
1									
2									
...									
总价									
交货地点：									
交货时间：									
包装要求：									

附件 2:

保修服务表

序号	设备及配件名称	质保期	保修响应时间	售后服务网点及电话	备注
1					
2					
...					

华南理工大学仪器设备（进口）购置合同

合同编号：

甲方（买方）：华南理工大学

签订地点：华南理工大学

乙方（卖方）：

签订日期： 年 月 日

甲乙双方在平等自愿基础上，经协商一致，签订本合同。

一、合同设备

1. 设备名称：_____。
2. 设备明细：设备及配件的名称、数量、品牌、型号、规格、参数等详见附件 1。
3. 交货地点、时间：见附件 1。

二、合同总价

1. 本合同总价为（人民币免税价）：_____。甲乙双方一致同意按以下 D 方式的价格成交（本条仅为价格条款，关于交货地点、验收、风险转移等事项以本合同其他条款为准）：

- A. DAP Wushan Campus/ University-town Campus/ GZ International Campus , South China University of Technology （华南理工大学五山校区/大学城校区/广州国际校区交货价。不限运输方式）
- B. DDP Wushan Campus/ University-town Campus/ GZ International Campus , South China University of Technology （华南理工大学五山校区/大学城校区/广州国际校区交货价。不限运输方式）
- C. CIP South China University of Technology （华南理工大学交货价。空运）
- D. CIP Guangzhou Airport （广州机场交货价。空运）
- E. CIF Guangzhou Huangpu Port/Jiaoxin Port （广州黄埔港/浔心港交货价。海运）

2. 合同总价包括：本合同所有设备和随机附件的制造或采购、包装、出口税费、装卸、运输、保险以及技术服务（包括技术资料、图纸的提供）以及有关安装、培训、调试、验收、质保期保障、售后服务、强制性第三方监督检验机构验收检验费等全部费用。

3. 除本合同总价外，甲方无需支付任何额外费用和承担任何额外义务。

三、付款方式

1. 从以下两种付款方式中选择其一：

A. 开立 Irrevocable 100% L/C at sight（不可撤销即期信用证），80%（不超过 80%）见单即付，20%待甲方验收合格后，凭甲乙双方签字并加盖“华南理工大学仪器设备验收专用章”，且验收结果为“合格”的验收报告付款；

B. 经甲方验收合格后，凭甲乙双方签字并加盖“华南理工大学实验室与设备管理处仪器设备验收专用章”，且验收结果为“合格”的验收报告和发票一次性付清。

选择采用 A 付款方式。

2. 乙方收款信息见本合同尾页，乙方不得更换收款人或收款账户。

四、质量保证

1. 乙方按照本合同约定向甲方交付合格设备，并保证甲方对交付的设备拥有完全、合法的所有权与处置权。

2. 乙方在交货前应全面、准确地检验设备的质量、规格和数量，保证交付的设备与合同相符、是全新的产品、无任何质量缺陷及隐患，且必须取得制造厂商签发的质量证明书。

3. 设备的进口必须符合中华人民共和国进口商品质量管理有关要求，并提供设备合格资料，保证甲方能够安全、合法使用。

4. 本合同设备应符合合同附件、采购文件所述相关标准，如果没有约定的适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准。如果国家或行业没有相关标准，则采用设备来源国适用的官方标准。上述标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。如各标准不一致，以对甲方最有利的标准为准。

5. 乙方应当保证设备的包装符合运输及装卸等要求，足以保护设备在交付甲方前不受锈蚀、损坏或灭失。

6. 乙方应当保证设备的各部件、备品备件、质量合格证、操作使用说明、保修单、发票等必要物品随设备一并交付甲方。设备如需安装后使用，应由乙方在设备送达甲方后一周内安装完毕。

五、知识产权

1. 乙方保证其交付的设备无任何专利权、著作权、商标权及其他知识产权方面的限制，不侵犯任何专利、商标、企业或贸易名称、版权、肖像权、技术秘密、商业秘密或其他任何权益。

2. 甲方使用该设备或设备的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其著作权、专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担因此给甲方造成的一切损失（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、交通费、差旅费、鉴定费等），且甲方有权暂停向乙方支付合同款项，直至纠纷处理完毕。

3. 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

六、检验与验收

1. 乙方负责将设备运输至交货地点，并支付因此所发生的一切运杂费用，包括但不限于

运输费、保险费、装卸费、出口税费等。

2. 设备抵达交货地点后,甲方就设备质量、规格和数量进行初步检验。如果发现设备的包装损坏、不符合包装要求或设备的质量、型号、规格和数量等与合同不符,甲方有权拒收设备。乙方应在甲方指定的时间内重新向甲方交付设备,如果重新交付的设备仍与合同约定不符,甲方有权解除合同。

3. 设备验收由甲方聘请专家组和乙方联合在华南理工大学指定地点进行,验收时间由甲方确定。乙方未派员参加的,视为认可验收结果。

4. 设备的验收标准按照本合同及采购文件中列明的技术参数、规格、性能指标等执行。

5. 设备验收合格后,甲方按合同约定向乙方付款,乙方同时承担起设备的售后服务责任。

6. 验收不合格,甲方有权要求乙方重新提供设备,或有权解除合同。乙方应在甲方指定的期限内重新提供设备,并承担因此而发生的全部费用,赔偿由此给甲方造成的损失。

七、售后服务

1. 合同设备的质量保证期从合同设备经甲方验收合格之日起计算,乙方按照合同约定履行质保服务责任,服务内容详见附件 2。

2. 质量保证期内,如甲方发现设备存在质量问题或设备出现故障,有权要求乙方进行免费维修或退换,乙方应在甲方指定的期限内完成维修或退换设备,并承担修理、退换的全部费用。在原设备经维修恢复正常使用前,或新更换的设备经甲方验收合格前,乙方应向甲方提供主要参数不低于原设备的替代设备并保证其正常运行,以尽量减少甲方的损失。

3. 设备售后服务由非乙方的第三方提供的,乙方应于设备送达甲方时一并向甲方提供有效的、涵盖本合同标的的乙方与第三方间的售后服务协议或由第三方给予乙方的售后服务承诺书,承诺书应依据采购文件确定的货物售后服务条款制定。乙方对该第三方的服务承担连带责任,第三方服务达不到本合同要求的,甲方有权要求乙方承担赔偿责任及违约责任。

4. 质量保证期满后,如有零部件出现故障,且属于寿命异常问题(明显短于该零部件正常寿命)的,由乙方负责免费更换及维修。

5. 质量保证期满后,应甲方要求,乙方应参考市场价格,向甲方优惠提供必须的零配件,如有约定则以约定为准。

八、风险承担

1. 在设备验收合格前,设备毁损、灭失的风险由乙方承担,验收合格后由甲方承担。

2. 甲方因设备不符合合同约定而拒绝接收设备或解除合同的,设备毁损、灭失的风险由乙方承担。

3. 在乙方承担设备毁损、灭失风险期间,如设备毁损或灭失,乙方应于甲方指定的时间内重新提供符合合同约定的设备,否则,视为乙方逾期交货。

4. 在甲方承担设备毁损、灭失风险期间,不影响乙方按本合同约定履行其他义务,否则甲方有追究其违约责任的权利。

九、违约责任

1. 乙方逾期交货，每逾期一天应向甲方支付合同总价千分之五的违约金。甲方有权直接从应付给乙方的合同款项中扣除该违约金，直至乙方交付合同设备为止。

2. 甲方无故逾期付款，经乙方催告后无正当理由且仍不支付的，每逾期一天，应向乙方支付当期应付未付合同款项万分之五的违约金，但总额不超过合同总价的 5%。

3. 如乙方未按合同提供保修服务，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和维修服务，由此造成的包括但不限于第三方维保费用、甲方其他经济损失等均由乙方承担。

4. 有以下情形之一，甲方有权解除合同：

(1) 乙方交付的设备侵犯他人知识产权、肖像权、技术秘密、商业秘密或其他权益的；

(2) 乙方不按合同约定履行义务，经甲方提出后，在合理期限内仍不改正的；

(3) 未经甲方书面同意，乙方将本合同项下的权利或义务部分或全部转让，或将本合同项下服务转包或分包的；

(4) 乙方逾期交货超过 30 日的；

(5) 设备验收不合格，或设备经维修、退换后仍无法正常使用的，或设备虽可正常使用但无法达到本合同约定的参数及要求的；

(6) 法律法规规定或本合同约定的其他合同解除情形或乙方有其他严重违约情形的。

如有以上情形，且甲方要求解除合同，自甲方发出书面解除通知书的第二日起，本合同即告解除，甲方不承担违约责任或赔偿责任，因合同解除而发生的费用由乙方承担。乙方应在合同解除之日起的 3 日内，一次性退还甲方已支付的所有款项，并按合同总金额的 30% 向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、交通费、差旅费、鉴定费等），乙方应另行赔偿。

5. 如因乙方交付的设备存在质量问题而导致甲方或第三人财产或人身受到损害的，乙方应承担对甲方或第三人的赔偿责任。

6. 如果甲乙双方发生争议，需要对设备进行复检或鉴定的，由甲方所在地商检部门或甲方指定的有资质的第三方进行复检。检验结果表明设备不符合合同约定的，因复检、鉴定发生的费用由乙方承担，且乙方应根据检验结果赔偿由此给甲方带来的损失。

7. 由于水灾、火灾、地震、干旱、战争等不可抗力，或无法预见、控制、避免和克服的其他事件导致合同一方不能或暂时不能全部或部分履行本合同，该方可以免除相应的违约责任。但受不可抗力事件影响的一方必须尽快将事件发生状况通知另一方，并在不可抗力事件影响消除之日起 15 日内将有关机构出具的不可抗力事件证明寄交对方。未提供证明的，不能免除违约责任。

8. 不可抗力事件发生后，双方应寻求采取合理方案履行不受不可抗力影响的合同事项。如不可抗力事件持续存在，致使在合同约定的交货期后三十天内仍不能交货的，甲方有权解除合同，乙方应在甲方提出解除合同的三十天内返还甲方已付的款项及利息。

十、其它事宜

1. 双方应保守因签订和履行本合同而获取的对方的商业及技术秘密，包括合同文本、相关技术文件和数据，以及其他有关信息。因任何一方违反保密约定而给对方造成损失的，违约方应赔偿对方损失。本保密条款不因合同终止而终止。

2. 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务。

3. 本合同共有_____份附件，附件是合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。若附件与合同正文有任何不一致，以合同正文为准。本合同与甲方委托外贸公司与乙方所签订的外贸合同具有同等法律效力。

4. 本合同自签订（甲乙双方授权代表共同签字、盖章）之日起生效，合同书共一式 5 份，甲方持 4 份，乙方持 1 份，均为正本，具有同等法律效力。

5. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。如需对本合同及其附件作修改或补充，双方应签订补充合同，如补充合同与本合同存在不一致之处，以补充合同为准。

6. 如有本合同未提及事项，下列文件与本合同互为补充和解释，且优先适用排序如下：
（1）本合同的补充合同；（2）投标文件或响应文件及其附件；（3）采购文件（含补充、修正、澄清文件、答疑纪要及说明等）；（4）标准、规范及有关技术文件；（5）甲方的各项规章制度。

7. 如本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成时，向甲方所在地人民法院起诉。诉讼过程中，除双方有争议的部分外，本合同其他部分仍然有效，双方应继续履行。

附件：

1. 设备清单及相关约定；
2. 保修服务表。

甲方（盖章）：

甲方授权代表（签字）：

联系人：

电话：

传真：

电子邮箱：

地址：

邮政编码：

开户银行：

开户账号：

乙方（盖章）：

乙方授权代表（签字）：

联系人：

电话：

传真：

电子邮箱：

地址：

邮政编码：

开户银行：

开户账号：

附件 1:

设备清单及相关约定

序号	设备及 配件名称	品牌/型号/ 规格	产地/ 厂家	主要技术 参数	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)	备注
1									
2									
...									
总价									
外贸合同境外公司签订方：									
交货时间：									
交货地点：									

附件 2:

保修服务表

序号	设备及 配件名称	质保期	保修响应时间	售后服务网点及电话	备注
1					
2					
...					

第五部分 投标文件内容及格式

格式 1. 投标文件包装信封或外包装格式参考

项目编号：SCUT-HW-ZB20250091 号
项目名称：华南理工大学时空多组学系统采购项目
所投包号：第 包（如有）

投 标 文 件

☐ 正本

☐ 副本

☐ 保证金信封

投标人名称：（盖单位章）
投标人地址：
收件人名称：（采购代理机构名称）
（在规定的投标截止时间之前不得启封）

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

格式 2. 投标文件封面格式参考

投标文件的封皮

正本/副本

投 标 文 件

所投包号：第 包

项目名称：华南理工大学时空多组学系统采购项目

项目编号：SCUT-HW-ZB20250091 号

投标人名称：（盖单位章）

投标人地址：

格式 3. 目录（参考）

目 录

类型名称	序号	文件名称	页码	注意事项
索引	1	资格、符合性审查自查表		
	2	评审要素投标资料索引表		
资格审查文件	1	供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件：		
	1.1	资格声明函（按规定格式盖章签署，否则将导致不能通过资格审查）		
	附件 1	提供最新的投标人营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）副本复印件；如投标人为自然人的需提供自然人身份证明。 若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；		
	2	投标人认为必要的其他文件。		
商务部分	1	投标函（按规定格式盖章签署，否则将导致投标无效）		
	2	法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（按规定格式盖章签署，否则将导致投标无效）		
	3	开标一览表（按规定格式盖章签署，否则将导致投标无效）		
	4	分项报价表（按规定格式盖章签署，否则将导致投标无效）		
	5	政策适用性说明		
	6	中小企业声明函（可选）		
	7	残疾人福利性单位声明函（可选）		
	8	监狱企业相关证明（可选）		
	9	实质性响应条款一览表（按规定格式盖章签署，否则将导致投标无效）		
	10	投标响应与招标文件差异一览表（按规定格式盖章签署，否则将导致投标无效）		
	11	投标人基本情况表		
	12	项目经理/项目负责人简历表		
	13	拟为本项目配置人员情况表		
	14	同类项目业绩一览表		
	15	投标保证金退还说明		

	16	投标人认为必要的其他商务资料		
	17	银行保函（已通过其他方式提交投标保证金的，无须提供）		
	18	政府采购投标担保函（已通过其他方式提交投标保证金的，无须提供）		
	19	厂家技术参数确认函（选用，格式仅供参考）		
	20	制造商（总代理商）授权委托书（要求提交授权书时选用）		
	21	联合体共同投标协议书（如项目允许联合体投标，联合体各方需签订）		
	22	分包意向协议书（如项目允许分包，拟分包的各方需签订）		
技术部分	23	详见《第五部分 投标文件技术部分》		
	24	投标人认为必要的其他技术资料		

第一章 索引

1. 资格性自查表

资格性自查表（适用于所有包组）

采购项目名称：（项目名称）

采购包号：

评审内容	招标文件要求	自查结论	证明资料所在页码范围
资格检查	1. 供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件：	/	/
	资格声明函	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（ ）页
	提供最新的投标人营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）副本复印件；如投标人为自然人的需提供自然人身份证明。 若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（ ）页
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供按照招标文件的格式签署盖章的《资格声明函》。	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（ ）页
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供按照招标文件的格式签署盖章的《资格声明函》。	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（ ）页
	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供按照招标文件的格式签署盖章的《资格声明函》。	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（ ）页
	参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供按照招标文件的格式签署盖章的《资格声明函》。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，较大数额罚款认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定。）	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（ ）页

符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或同一合同项下）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参与本项目投标。（提供按照招标文件的格式签署盖章的《资格声明函》）。	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（）页
2. 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以招标代理机构于评标当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（）页
3. 投标人应当具备的其他资格条件：①投标人为经营企业的，投标人须具有有效期内《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》或承诺供货前取得《第二类医疗器械经营备案凭证》的承诺函；②投标人为生产厂商的，须具有有效期内《医疗器械生产许可证》。	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（）页
4. 本项目不接受联合体投标。不接受备选投标方案。	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（）页
5. 投标人已按招标公告及招标文件的规定获取了招标文件。	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（）页

备注：

1. 以上材料将作为投标人资格性审核的重要内容之一，投标人应当严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

2. 请根据自身响应情况勾选（在□内打√）“自查结论”栏目相应结论。

3. 供应商资格条件详见招标公告及本文件《招标公告》“二、申请人的资格要求”，有关证明材料按投标文件格式第4.条的说明提供。

2. 符合性自查表

符合性审查自查表

采购项目名称：(项目名称)

采购包号：

评审内容	招标文件要求	自查结论	证明资料
符合性审查	投标保证金	见投标须知前附表	☐ 通过 ☐ 不通过 见投标文件第（）页
	投标有效期	投标函（自投标截止之日起 90 日历天）	☐ 通过 ☐ 不通过 见投标文件第（）页
	投标文件照招标文件规定要求签署、盖章合格	投标函	☐ 通过 ☐ 不通过 见投标文件第（）页
		法定代表人证明书或法定代表人授权委托书	☐ 通过 ☐ 不通过 见投标文件第（）页
		开标一览表	☐ 通过 ☐ 不通过 见投标文件第（）页
		分项报价表	☐ 通过 ☐ 不通过 见投标文件第（）页
		实质性响应条款一览表	☐ 通过 ☐ 不通过 见投标文件第（）页
		投标响应与招标文件差异一览表	☐ 通过 ☐ 不通过 见投标文件第（）页
		投标文件有修改的地方已签署或盖章	☐ 通过 ☐ 不通过 见投标文件第（）页
	最高限价	投标报价没有超出最高限价	☐ 通过 ☐ 不通过 见投标文件第（）页
	招标文件中标注“★”的条款	满足招标文件中标注“★”的条款	☐ 通过 ☐ 不通过 见投标文件第（）页
	项目（包组 1、包组 3 的多组学分析仪）采购本国货物的，投标人未提供进口产品	符合要求	☐ 通过 ☐ 不通过 见投标文件第（）页
	其他	未出现有关法律、法规、规章或招标文件规定的属于投标无效的情形	☐ 通过 ☐ 不通过 见投标文件第（）页

备注：

1. 以上材料将作为投标人有效性审核的重要内容之一，投标人应当严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

2. 请根据自身响应情况勾选（在□内打√）“自查结论”栏目相应结论。

3. 评审要素投标资料表

评审要素投标资料表		
商务评审分项	商务评审细则	证明文件
		见投标文件第（ ）页
		见投标文件第（ ）页
		见投标文件第（ ）页
		见投标文件第（ ）页
		见投标文件第（ ）页
		见投标文件第（ ）页
.....		见投标文件第（ ）页
技术评审分项	技术评审细则	证明文件
		见投标文件第（ ）页
		见投标文件第（ ）页
		见投标文件第（ ）页
		见投标文件第（ ）页
		见投标文件第（ ）页
		见投标文件第（ ）页
.....		见投标文件第（ ）页

注：1. 投标供应商应根据《技术评审表》和《商务评审表》的各项内容填写此表，表格可延长。

2. 按评审项的顺序填写。

第二章 资格审查文件

格式 4. 资格声明函

资格声明函

（采购代理机构名称）：

关于贵方发布华南理工大学时空多组学系统采购项目 [项目编号：SCUT-HW-ZB20250091号]的招标公告，本单位愿意参加上述项目/采购包号（如有，填写投标采购包号）投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，声明如下：

（一）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）我方（如前三年内有名称变更的，含变更前名称）参加本项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

（6）我方符合法律、行政法规规定的其他条件，不存在以下不得参加本项目（同一采购包）投标的情形之一：

- ①不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；
- ②供应商为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（二）我方已按招标公告及招标文件的规定获取了招标文件。

（三）若本项目不接受联合体报价的，我方承诺以独立供应商名义即非联合体方式参加本项目的投标。

（四）我方郑重承诺公平竞争：我方保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与本项目（采购包）的公平竞争，以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理。我方承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

投标人名称（加盖公章）：_____

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

备注：

1. 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为**无效投标**。
2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作**无效投标**处理。

附件 1:

提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）

附件 2:

与供应商存在关联关系的单位名称说明

一、与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的单位名称如下：

二、我方的控股股东名称如下（我方的母公司、对我方直接或间接持股 50% 及以上的投资单位）：

三、我方直接控股的单位名称如下（直接或间接持股 50% 及以上的被投资单位）：

四、与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

我方承诺上述有关联关系的单位不参与本项目的投标，如有参与投标，我方投标文件为无效投标文件。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴：

日期： 年 月 日

注：有以上情况的单位名称请应列尽列，若无相关情况请填写“无”。

格式 5. 符合“供应商资格”要求的其他证明文件

投标人应当具备的其他资格条件：①投标人为经营企业的，投标人须具有有效期内《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》或承诺供货前取得《第二类医疗器械经营备案凭证》的承诺函；②投标人为生产厂商的，须具有有效期内《医疗器械生产许可证》。

第三章 投标文件商务部分

格式 6. 投标函

投标函

致：华南理工大学

我方收到贵方关于 华南理工大学时空多组学系统采购项目（项目编号：SCUT-HW-ZB20250091 号）的招标文件，我方完全理解招标文件的所有内容，现决定投标本项目，据此我方承诺如下：

1. 我方的投标文件在投标截止日后 90 天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。
2. 我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。
3. 我方作为在法律、财务和运作上独立于采购方、招标代理机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。
4. 我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。
5. 我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤回投标的，贵方将不退还投标保证金（如有）。
6. 我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《采购合同》中的全部条款并按照《招标文件》的要求向贵司足额交纳招标代理服务费。
7. 我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：_____电话：_____

投标人名称：（并加盖公章）

投标人法定代表人或其委托人签字或盖章：_____

日期：_____年____月____日

注：法定代表人委托全权代表人，需附法定代表人签字或印鉴的授权书。

格式 7. 法定代表人证明书

法定代表人证明书和法定代表人授权书按以下格式填写，如由法定代表人投标并签署投标文件，需提供法定代表人证明书，否则需提供法定代表人证明书和法定代表人授权书。

法定代表人证明书

_____同志，现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：_____年____月____日

附：

营业执照/登记证书（注册号或登记号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

投标人名称（并加盖公章）：

地址：

日期：

法定代表人
有效期内的居民身份证复印件（正面）
粘贴处

法定代表人
有效期内的居民身份证复印件（反面）
粘贴处

格式 8. 法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：（采购代理机构名称）

本授权书声明：注册于_____（国家或地区）的_____（投标人名称）在下面签字（或盖印鉴）的_____（法定代表人姓名、职务）代表本单位授权在下面签字（或盖印鉴）的_____（被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代表人，就_____华南理工大学时空多组学系统采购项目_____（项目编号：SCUT-HW-ZB20250091 号）的投标活动，作为投标人代表以我方的名义处理有关事务。

本授权书于_____年_____月_____日签字（或盖印鉴）生效，特此声明。

投标人名称（并加盖公章）：

地 址：

法定代表人（签字或印鉴）：

职 务：

被授权人（签字或印鉴）：

职 务：

被授权人（授权代表）
有效期内的居民身份证复印件（正面）
粘贴处

被授权人（授权代表）
有效期内的居民身份证复印件（反面）
粘贴处

格式 9. 开标一览表

开标一览表（适用于包组 1）

项目名称：

项目编号：

包组号：

报价单位：人民币

分项	投标报价	备注
一、关境内货物投标报价 (含税)	大写：人民币_____元 小写：¥_____元	1. 如所投货物均为关境内货物或所投货物均为关境外货物，则可选填第一项或第二项，另一项填“0”或不填；
二、关境外货物投标报价 (不含税)	大写：人民币_____/_____ 小写：¥_____/_____元	2. 如所投货物中既有关境内货物，也有关境外货物的，则应分别在第一项及第二项中进行填写。
三、投标总价	大写：人民币_____元 小写：¥_____元	3. 第三项“投标总价”=第一项的人民币报价+第二项的人民币报价。 4. 本项目包组 1 只允许采购本国产品
四、第三方外贸公司名称	★如所投产品有关境外货物的，必须填写外贸合同境外公司签订方：_____/_____	
五、交付时间	关境内货物： 关境外货物：/	根据所投货物的情况填写。

投标人名称（加盖公章）：_____

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____年____月____日

开标一览表（适用于包组 2）

项目名称：

项目编号：

包组号：

报价单位：人民币

分项	投标报价	备注
一、关境内货物 物投标报价 (含税)	大写：人民币_____元 小写：¥_____元	1. 如所投货物均为关境内货物或所投货物均为关境外货物，则可选填第一项或第二项，另一项填“0”或不填； 2. 如所投货物中既有关境内货物，也有关境外货物的，则应分别在第一项及第二项中进行填写。 3. 第三项“投标总价”=第一项的人民币报价+第二项的人民币报价。
二、关境外货物 物投标报价 (不含税)	大写：人民币_____元 小写：¥_____元	
三、投标总价	大写：人民币_____元 小写：¥_____元	
四、第三方外贸公司名称	★如所投产品有关境外货物的，必须填写外贸合同境外公司签订方：_____	
五、交付时间	关境内货物： 关境外货物：	根据所投货物的情况填写。

投标人名称（加盖公章）：_____

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____年____月____日

开标一览表（适用于包组 3）

项目名称：

项目编号：

包组号：

报价单位：人民币

分项	投标报价	备注
一、关境内货物 投标报价 (含税)	大写：人民币_____元 小写：¥_____元	1. 如所投货物均为关境内货物或所投货物均为关境外货物，则可选填第一项或第二项，另一项填“0”或不填；
二、关境外货物 投标报价 (不含税)	大写：人民币_____元 小写：¥_____元	2. 如所投货物中既有关境内货物，也有关境外货物的，则应分别在第一项及第二项中进行填写。
三、投标总价	大写：人民币_____元 小写：¥_____元	3. 第三项“投标总价”=第一项的人民币报价+第二项的人民币报价。 4. 本项目包组 3 多组学分析仪只允许采购本国产品
四、第三方外贸公司名称	★如所投产品有关境外货物的，必须填写外贸合同境外公司签订方：_____	
五、交付时间	关境内货物： 关境外货物：	根据所投货物的情况填写。

投标人名称（加盖公章）：_____

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____年____月____日

说明：

1. 国内供货货物，报价为到货含税价，包括所有设备和随机附件的制造或采购、包装、税费、运输、装卸、保险以及技术服务（包括技术资料、图纸的提供）以及有关安装、培训、调试、验收、质保期保障、售后服务、强制性第三方监督检验机构验收检验费等全部费用。

2. 进口货物，报价应包含所有设备和随机附件的制造或采购、包装、出口税费、装卸、运输、保险以及技术服务（包括技术资料、图纸的提供）以及有关安装、培训、调试、验收、质保期保障、售后服务、强制性第三方监督检验机构验收检验费等全部费用。

3. 投标报价与关境外货物合同签订事宜。

（1）投标报价：

①投标报价须用人民币报价。

②投标报价精确到小数点后两位。

（2）如所投货物中有关境外货物的：

①采购人与中标人签订的《华南理工大学仪器设备（进口）购置合同》中的合同价为中标人的关境外货物投标报价（人民币免税价）。

②中标人应在中标通知书发出之日起 30 日内与采购人签订《华南理工大学仪器设备（进口）购置合同》。《华南理工大学仪器设备（进口）购置合同》签订后，采购人委托的外贸公司将与中标人所提交的投标文件中填报的外贸合同境外公司签订方签订外贸合同。

4. 因采购人为教育科研单位，所以关境外货物可办理正常免税手续。根据国家政策，若投标人所供关境外货物原产地为美国的，如须加征惩罚性关税等费用，该费用应由投标人承担且已包含在投标总价中。

5. 温馨提示：中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

格式 10. 分项报价表

分项报价表

项目名称：

项目编号：

包组号：

报价单位：人民币

序号	名称	品牌	型号规格	单位	数量	产地	制造商名称	单价	合计	备注
总计（投标总价）		元								

注：

1. 如《采购需求》提供了货物清单，投标人须按照《采购需求》的货物清单逐项提供各分项货物及相关服务报价；如《采购需求》没有提供货物清单，投标人可参照本表格式或自定格式提供各分项货物报价，如未特别注明，税金、运输、保险、安装、调试、培训等不单独列项报价。
2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件；如采购需求有注明单项最高限价的，则投标人的单项报价不能超过各项单价，否则作无效投标处理。
3. 货物名称和规格型号必须使用产品生产厂家的规范全称，并与产品中文彩页及说明书完全一致（产品外文彩页及说明书须译成对应的中文版），进口货物名称需提使用的准确中英

文货物名称，规格型号注意区分大小写，因投标人未按上述要求执行而引致的免税和清关工作延误及责任由投标人全部负责。

4. 分项报价表的投标总价应和开标一览表的投标总价相一致。投标报价中，单项报价不允许填写“免费”、“赠送”、“免费赠送”等字样。

5. 投标人需在电子文档里放入《分项报价表》（如有）的 excel 格式文件。

投标人名称（加盖公章）：_____

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____年____月____日

格式 11. 政策功能情况（如有）

（一）节能产品、环境标志产品（如适用）

节能产品	产品名称（品牌、型号）	制造商	强制/优先采购品目	认证证书编号	金额
			强制品目		
			优先品目		
	节能产品金额合计				
	比重（优先采购节能产品金额/投标总价）				%
	节能产品证明材料见第__至__页。				
环境标志产品	产品名称（品牌、型号）	制造商	认证证书编号		金额
	环境标志产品金额合计				
	比重（环境标志产品金额/投标总价）				%
	环境标志产品证明材料见第__至__页。				

填报要求：

1. 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《分项报价表》一致。
2. 节能产品、环境标志产品必须是《节能产品政府采购品目清单》或《环境产品政府采购品目清单》所列品目范围内，且由国家确定的认证机构出具、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品。（需附上相关认证证书）
3. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明材料相符，如果不一致，可能导致该项无法获得相关政策优惠。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴：_____

日期：

格式 12 中小企业声明函

（中小微型企业适用；事业单位、民办非企业单位参与投标的，其本身不作为扶持对象）

包组1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加华南理工大学的华南理工大学时空多组学系统采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. -80℃自动化存储系统，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 自动化移液机器人，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 实验室转运机器人，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 时空自动化样本处理系统，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 自动更换细胞培养基工作站，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6. 高通量液滴微流控筛选平台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7. 单细胞液滴生成仪，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8. 酶标仪，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：（投标供应商）

日期：

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 组成联合体投标，且承担合同总金额 30%或以上工作的联合体成员的企业情况，请务必在以上声明函中体现。同时，需与《联合体共同投标协议书》中的相关内容一致。如两份资料内容信息不一致导致评标委员会无法判断的，则不享受政策优惠。

包组2

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加华南理工大学的华南理工大学时空多组学系统采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 全自动化电泳系统，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：（投标供应商）

日期：

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2. 组成联合体投标，且承担合同总金额 30%或以上工作的联合体成员的企业情况，请务必在以上声明函中体现。同时，需与《联合体共同投标协议书》中的相关内容一致。如两份资料内容信息不一致导致评标委员会无法判断的，则不享受政策优惠。

包组3

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加华南理工大学的华南理工大学时空多组学系统采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 多组学分析仪，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 亚细胞空间原位多组学分析系统（成像分析系统），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：（投标供应商）

日期：

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 组成联合体投标，且承担合同总金额 30%或以上工作的联合体成员的企业情况，请务必在以上声明函中体现。同时，需与《联合体共同投标协议书》中的相关内容一致。如两份资料内容信息不一致导致评标委员会无法判断的，则不享受政策优惠。

温馨提醒:

1. 投标人应查询具体政策规定内容, 根据企业实际情况判断, 如不属于法规规定的中小微企业无需提供中小企业声明函。
2. 投标人应当根据采购文件中明确的采购标的所属行业, 作为填写本声明函相应采购标的所属行业及判断所投货物制造商是否属于中小企业的依据。
3. 为方便广大中小企业, 工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序 (<http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html>), 有需要的投标人可自测。亦可参考小微企业名录(<http://xwqy.gsxt.gov.cn>)中的相关数据信息。
4. 投标人提供声明函内容不实的, 属于提供虚假材料谋取中标、成交。如被发现提供虚假声明的, 采购人将上报财政监管部门, 一切法律后果由投标人自行承担。

格式 13. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

温馨提醒：

1. 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，按以上格式提供《残疾人福利性单位声明函》，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2. 投标人应查询具体政策规定内容，根据企业实际情况判断，如不属于法规规定的残疾人福利性单位，无需提供残疾人福利性单位声明函。
3. 如被发现提供虚假声明的，采购人将上报财政监管部门，一切法律后果自行承担。

格式 14. 监狱企业相关证明

监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。

格式 15. 实质性响应条款一览表

实质性响应条款一览表

项目编号：SCUT-HW-ZB20250091 号

序号	招标文件要求	投标人响应情况描述	对招标文件的偏离说明（正偏离/完全响应/负偏离）	对应投标文件位置及页码
1	★投标人所投产品为进口的，投标人应得到制造商的正式授权书，如有多级授权的，授权关系必须保持连贯性。 <u>仅适用于包组 2、包组 3（亚细胞空间原位多组学分析系统（成像分析系统））</u>			
2	★如所投产品有关境外货物的，必须填写外贸合同境外公司签订方。（如有，请在《开标一览表》中明确）			
3	包组 1：微观多组学自动化样本制备筛选检测及转运存储系统 序号 1：-80℃自动化存储系统 1. 耗材标准及存储量：需具备保证上下游流程标准化及通用性，所有样本管在存储区内均以 SBS 冻存盒格式存储；适配 2ml SBS 冻存管；设计存储量≥50 万管。采用单个库体集中管理，设备配置一个-80℃存储区。			
4	包组 2：全自动化电泳系统 序号 1：全自动化电泳系统 1.5、无需气泵（空压机）或气源			
5	包组 3：微观多组学分析设备系统 序号 2：亚细胞空间原位多组学分析系统（成			

	像分析系统) 1. 工作原理：利用循环原位杂交、自动化显微成像技术和微流控系统，可以实现对组织切片原位单细胞分辨率的 RNA 或蛋白质检测			
6				

（此表可延长）

注：

1、如招标文件中标有“★”的内容，请参考上表格式，逐一填写，并作出一一响应。
若有一项带“★”的指标要求不满足，其投标将按无效投标处理。

请投标人自行核对,自行将采购需求中的“★”列填。

2、投标人应针对本项目采购需求标注“★”的技术参数响应情况：①采购需求书中“评审时是否需要提供证明材料”中明确“是”的，则提供有效的佐证材料，以佐证所投产品的相应的技术参数及功能，包括但不限于列有技术参数且完整的厂家产品彩页，或产品功能截图，或厂家官方网站公布的截图，或厂家产品说明书，或经厂家确认的证明材料（投标人为厂家的不能仅以技术响应偏离表为佐证材料，需另附上厂家确认的证明材料），或第三方机构出具的检测报告等（如用户需求书中另有明确要求提供的证明资料，则以用户需求书中要求的为准）。如上述资料未能佐证招标需求的参数，则相应的技术参数响应可被视为负偏离。②如采购需求书中“评审时是否需要提供证明材料”中明确为“否”的，以投标人《实质性响应条款一览表》的响应情况为准。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴： _____

日期：

格式 16. 投标响应与招标文件差异一览表

投标人对招标文件中标 “▲” 条款的响应情况

序号	招标文件中标有 “▲” 的内容	投标人响应情况描述	对招标文件的偏离说明（正偏离/完全响应/负偏离）	对应投标文件位置及页码
				

说明：

1. 请投标人将招标文件中标有 “▲” 的相关要求的响应情况按顺序逐条列入此表。
2. 此表可延长。
3. 招标文件若无 “▲” 标注的条款，则上表留空。

投标人对招标需求的响应情况（标 “▲” 的条款除外）

序号	招标文件要求	投标人响应情况描述	对招标文件的偏离说明（正偏离/完全响应/负偏离）	对应投标文件位置及页码
				

说明：

1. 把招标需求相关要求的响应情况逐条列入此表。
2. 按招标需求的顺序填写。
3. 此表可延长。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴： _____

日期：

格式 17. 投标人基本情况表

一、投标人基本情况

1. 投标人名称：_____ 电话号码：_____
2. 地 址：_____ 传 真：_____
3. 注册资金：_____ 经济性质：_____
4. 是否为外商投资企业：

☐是（外商投资者国别：_____）：☐全部由外商投资；☐部分由外商投资

☐否
5. 投标人开户账号资料

银行名称及账号：_____

开户地址：_____
6. 投标人简介（自行描述）：

二、投标人获得资质和获奖证明文件

证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期

投标人需提供相关证明文件的复印件（加盖公章）

三、其他

1. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。

时 间	受处理的原因 (注明采购项目名称及处理原因)	处理的内容 (如受到禁止一段时期参加全国范围内某种项目的采购活动的，同时说明解禁时间)	备 注

--	--	--	--

2. 投标人认为有必要提供的其他证明有关技术、资金实力的资质材料，所有证明文件需提供复印件（加盖公章）

投标人标记样本（即 LOGO，如无，无须标记）

投标人公章样本

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴： _____

日期：

格式 18. 项目经理/项目负责人简历表

项目经理/项目负责人简历表

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
办公电话		住宅电话		移动电话	
参加工作时间			从事项目经理年限		
具有认证资质					
已完成项目情况					
采购单位	项目名称	项目规模	日期	项目验收情况	

注：按评审细则的要求提供。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴： _____

日 期：

格式 19. 拟为本项目配置的人员情况表

拟为本项目配置的人员情况表

序号	姓名	年龄	学历	获得有关的资质证书	经验年限	主要资历、经验及承担过的项目	拟在本项目担任的工作

注：按评审细则的要求提供。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴： _____

日 期：

格式 20. 同类项目业绩一览表

同类项目业绩一览表

序号	项目名称	合同金额	完成时间	验收情况	业主单位	联系人及联系电话

（此表可延长）

注：按评审细则的要求提供。如评审细则中还要求提供对应的用户评价的，请按评审细则的要求一并提供用户评价。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴：_____

日 期：

格式 21. 投标保证金退还说明

致：（采购人或采购代理机构）

我方为_____华南理工大学时空多组学系统采购项目_____（项目编号：_____）投标所提交的投标保证金_____元，请贵公司退还时划到下列账户：

收款单位：

开户银行：

账 号：

联 系 人：

联系电话：

如本项目(包组)采购失败，我方(☐同意/ ☐不同意,)保证金暂不退还，
将本次采购的保证金自动作为本项目重新采购的保证金。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴：_____

日期：

格式 22. 投标保函（已通过支票、汇票、本票、网上银行转账方式提交保证金的按“投标人须知表”要求提交相关材料，无需提供投标保函）

开具日期： 年 月 日

不可撤销保函第_____号

致：XXX 采购人

本保函作为_____（*投标供应商名称*）（以下简称投标供应商）响应采购项目编号_____的_____采购项目的招标公告提供的投标保证金，（*开具银行名称*）在此无条件及不可撤销地具结保证并承诺，本行或其后继者或受让人一旦收到贵方提出的下述任何一种情况的书面通知（贵方不需要说明理由，不需要提供证明），立即无条件地向贵方支付人民币（大写）_____元整 [保证金金额]（（小写）¥_____元）：

1. 从开标之日起到投标有效期满前，投标供应商撤回投标；
2. 投标供应商未能按中标通知书的要求与采购人签订合同；
3. 投标供应商未能及时按招标文件及中标通知书的要求交纳中标服务费；
4. 中标供应商未能按《投标供应商须知》的要求在规定期限内提交履约保证金。

本保函自出具之日起至该投标有效期满后 30 天内持续有效，除非贵方提前终止或解除本保函。如果贵方和投标供应商同意需延长本保函有效期，只需在到期日前书面通知本行，本保函在任何延长的有效期内保持有效。本保函适用于中华人民共和国法律并按其进行解释。

银行名称（打印）（公章）：

银行地址：

邮政编码：

联系电话：

传真号：

法定代表人或其授权的代理人亲笔签字：

法定代表人或其授权的代理人姓名和职务（打印）：姓名_____职务_____

格式 23. 政府采购投标担保函（已通过支票、汇票、本票、网上银行转账方式提交保证金的按“投标人须知表”要求提交相关材料，无需提供投标担保函）

_____（采购人或采购代理机构）：

鉴于_____（以下简称‘投标人’）拟参加_____华南理工大学时空多组学系统采购项目_____（项目编号：_____）（以下简称‘本项目’）投标，根据本项目招标文件，投标人参加投标时应向贵方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；
2. 招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币_____元（大写_____），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起_____个月止。

三、承担保证责任的程序

1. 贵方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2. 我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在_____个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照贵方的要求代投标人向贵方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1. 依照法律规定或贵方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2. 因贵方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3. 因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4. 贵方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

备注：此为政府采购投标担保函样本，仅供参考。投标人可根据实际情况自行提供，但不能偏离且不限于以上实质性内容！

格式 24. 厂家技术参数确认函（选用，格式仅供参考）

技术参数确认函

致：____（采购人）_____：

我司（生产厂家名称）对____（项目名称、项目编号）____中所投标产品技术参数、性能、材质等的符合性在此进行确认。具体参数指标如下：

产品名称	品牌、型号	具体技术参数与性能指标情况
		（请根据采购需求中的技术指标要求列填）

承诺事项：

1. 本确认函中列明的技术参数均真实有效，如有虚假，我司愿意承担因技术参数不实导致的一切后果。
2. 如技术参数确认函由中国总代理商提供，已取得制造厂商代理资格证明或授权函（见附件）。

生产厂家或总代理商：（盖章）

日期：

（注：本模板可根据实际项目需求调整参数指标和承诺事项，确保符合招标文件要求。）

格式 25. 制造商（总代理商）授权委托书（提供进口产品时选用）

制造厂商出具的授权函

（非所投货物制造商的投标人需提供代理资格证或授权函）

致：（采购人或采购代理机构）：

我们（制造厂商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造厂商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方第 SCUT-HW-ZB20250091 号号投标邀请要求提供的由我方

制造的货物之有关事宜，并对我方有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中规定的义务。

（3）我方兹授予（投标人名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换和撤销的全权。兹确认（投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于____年____月____日签署本文件，（投标人名称）于____年____月____日接受此件，以此为证。

投标人名称：_____ 出具授权书的制造厂商名称：_____

（投标人印章或电子签章）

（制造商印章）

签字人职务和部门：_____ 签字人职务和部门：_____

签字人姓名：_____ 签字人姓名：_____

签字人签名：_____ 签字人签名：_____

移动电话：_____ 移动电话：_____

联系电话：_____ 联系电话：_____

注：

1. 进口产品代理商另行出具制造厂商代理资格证或授权函的，如资料未体现代理期限，投标

人须说明代理期限并得到制造厂商确认。

2. 投标人由代理商出具授权书的，须同时提供制造厂商给予代理商的授权书，授权关系必须保持连贯性。

3. 如所投货物为境外制造商授权，授权书有签字或盖章即可。

4. 如投标人为厂家（生产商）或其销售子（分）公司的，需提供声明函，格式自拟。

格式 25. 联合体共同投标协议书（如联合体投标，需提供）

联合体共同投标协议书

致(采购人或采购代理机构):

经研究,我方决定自愿组成联合体共同参加(项目名称、项目编号、包号)项目的投标。

现就联合体询价事宜订立如下协议:

一、由_____为本次投标联合体主体方,_____为协办方,组成联合体共同进行本项目的投标工作。

二、联合体以一个投标供应商的身份共同参加本项目的投标,中标后,联合体各方共同与采购人签订合同,就本项目对采购人承担连带责任。

三、联合体授权主体方负责本项目的一切组织、协调工作,主体方在投标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理的与本次投标有关的一切事务,联合体各方均予以承认并承担法律责任。

四、主体方 _____负责_____工作,协办方负责_____工作。具体工作范围、工作内容以合同为准。

五、联合体各成员的划型如下:

成员 1: _____为(请填写:中型、小型、微型)企业,将承担合同总金额_____%的工作内容(联合体成员中有中型、小型、微型企业时适用)。

成员 2: _____为(请填写:中型、小型、微型)企业,将承担合同总金额_____%的工作内容(联合体成员中有中型、小型、微型企业时适用)

.....

六、各方的责任、权利和义务的详细内容和规定在中标后经各方协商后报采购人同意另行签署协议或者合同。

七、联合体各方不得再以自己的名义在本项目中单独投标,联合体项目责任人不能作为其他联合体或单独投标单位的项目组成员。如因发生上述问题而导致联合体投标无效的,联合体其他成员可追究违约责任。

八、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时,本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

九、本协议在自签署之日起生效,有效期内有效,如获中标资格,合同有效期延续至合同履

行完毕之日。如联合体未中标，本协议自动废止。

十、本协议书一式份，联合体成员和采购人各执一份。

主体方全称(公章):

法定代表人或其授权代表(签字或盖章):

地址:

联系电话:

签署日期:

协办方全称(公章):

法定代表人或其授权代表(签字或盖章):

地址:

联系电话:

签署日期:

备注：联合体各方成员须在本协议上共同盖章和签署。

格式 26. 分包意向协议（以合同分包形式参加投标时适用）

备注：若以合同分包形式参加投标时，参考下列格式提供《分包意向协议》。不允许以分包形式参加投标的，可不提供本协议。

分包意向协议

立约方：

（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）就华南理工大学时空多组学系统采购项目 SCUT-HW-ZB20250091 号（包组号）的投标事宜，与（乙公司全称），（……公司全称）通过友好协商达成以下协议：

一、 在本次投标有效期内，（乙公司全称），（……公司全称）同意（甲公司全称）进行上述投标事宜。若中标，各方按照本协议中约定的分工事项，完成各方对应的工作。

二、 各方分工：

1. 本项目投标工作由（甲公司全称）负责。
2. 本项目由（甲公司全称）授权人员负责与采购人联系。
3. （甲公司全称）为分包方，拟承担的工作和责任：_____。
4. （乙公司全称）为分包承担方，拟承担的工作和责任：_____。
5. （……公司全称）为分包承担方，拟承担的工作和责任：_____。
6. 分包给中小企业承担的合同金额比例☐符合☐不符合（请勾选）本项目招标文件的要求。
7. 如本项目或采购包属于预留份额面向中小企业，接受分包合同的中小企业与分包企业之间不存在直接控股、管理关系。
8. 如中标，各方应按照招标文件的各项要求和内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险。

三、 本协议在自签署之日起生效，投标有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

四、 本协议书正本一式___份，随投标文件装订___份，送采购人___份，分包意向协议成员各一份；副本一式___份，分包意向协议成员各执___ 份。

甲公司全称：（盖章）_____

法定代表人：（签字）_____

年 月 日

乙公司全称：（盖章）_____

法定代表人：（签字）_____

年 月 日

……公司全称（盖章）_____

法定代表人：（签字）_____

年 月 日

注：

1. 投标人投标时应签订本协议，协议各方成员应在本协议上共同盖章确认。
2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

第四章 投标文件技术部分

（格式自拟）

建议包括以下内容：

1. 产品选型方案（根据本项目的特点，提出设备选型的原则和依据，介绍所投产品的性能参数和技术特点，主要备品备件、易损件、专用工具等配置国内国外提供情况说明，可以附加产品的技术白皮书、产品宣传彩页、用户手册等资料）；
2. 服务方案
 - 1) 供货计划；
 - 2) 质量保证措施；
 - 3) 投标货物的交付、安装、调试方案；
 - 4) 售后服务方案，包含：
 - a) 保修期；
 - b) 质保期维保方案；
 - c) 应急维修时间安排；
 - d) 售后维修/服务点名称、电话，负责人员及地址（附售后维修/服务点证明材料）；
 - e) 维修服务收费标准；
 - f) 操作培训计划及培训方案；
 - g) 制造商的技术支持；
 - h) 其他售后服务承诺；
3. 在仪器生命周期内，质保期外，维修时提供备品备件的价格优惠情况（投标人须提供备件的价格折扣率不高于 %的承诺函，格式自拟）
4. 在仪器生命周期内，质保期外，提供上门服务费及维修人工费优惠情况（投标人须提供是否免收取上门服务费及维修人工费的承诺函，格式自拟，加盖投标人公章；如无法实现免收，则提供上门服务费及维修人工费按固定折扣优惠或固定优惠价格的承诺函，格式自拟，加盖投标人公章。）
5. 投标人的质保期承诺函并明确具体的质保期期限，承诺函格式自拟，加盖投标人公章；
6. 投标人认为对投标有利的其他资料。

第五章 附件及其他

附件 1：政府采购履约担保函（投标时无需提供）

政府采购履约担保函

编号：

_____（采购人）：

鉴于你方与_____（以下简称供应商）于____年__月__日签定编号为_____的《_____政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在____年__月__日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）_____。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____%数额为_____元（大写_____），币种为_____。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后____日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议,你方还需同时提供_____部门出具的质量检测报告,或经诉讼(仲裁)程序裁决后的判决书、调解书,本保证人即按照检测结果或判决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料,在_____个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任自动终止。保证期间届满前,主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的,自验收合格日起,我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后,自我方向你方支付款项(支付款项从我方账户划出)之日起,保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的,我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与供应商修改主合同,加重我方保证责任的,我方对加重部分不承担保证责任,但该等修改事先经我方书面同意的除外;你方与供应商修改主合同履行期限,我方保证期间仍依修改前的履行期限计算,但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的,我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定,全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的,我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的,我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷,由你我双方协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人: (公章)

年 月 日

附件 2：政府采购供应商质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

.....

法律依据：

.....

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。